



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"

<b>Nombre del organismo contratante</b>	ADM. NAC. DE LAB. E INST. DE SALUD DR. MALBRÁN
---	--

**PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

<b>Tipo:</b>	LICITACION PRIVADA	<b>Nro</b>	8	<b>Ejercicio:</b>	2017
<b>Clase:</b>	DE ETAPA UNICA NACIONAL				
<b>Modalidad:</b>	SIN MODALIDAD				
<b>Expediente:</b>	ANLIS 1006/2017				
<b>Rubro comercial:</b>	PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB				
<b>Objeto de la contratación:</b>	Adquisición de material descartable				
<b>Costo del pliego:</b>	PLIEGO SIN VALOR				

**PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD AV. VELEZ SARFIELD 563 CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES	DE LUNES A VIERNES DE 10:00 A 16:00 HS. Recepción de Ofertas hasta el 10 de Julio de 2017 a las 10:30 horas

**ACTO DE APERTURA**

Lugar/Dirección	Día y Hora
ADMIN NAC DE LAB E INST DE SALUD AV. VELEZ SARFIELD 563 CAPITAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES	10 de Julio de 2017 a las 11:00 horas

**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
1	1.000000	Caja	234-04480-0025	PAPELES ABSORBENTES; PRESENTACION ENVASE X 1000 - MEDIDA DIAM. 9mm - MATERIAL PAPEL ABSORBENTE - CERTIFICADO FORESTAL (GFS) SIN - PORC. FIBRAS RECICLARAS 0% - CERT. FIBRA ALTERNATIVA (FCA) SIN -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> DISCOS DE PAPEL ABSORBENTE ANTIBIOGRAMA DE 9 MM DE DIÁMETRO. MARCA WATMAN TIPO 2017-009. CAJA POR 1000 DISCOS					
<b>Especificación técnica:</b> MICO 1					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
2	3,000000	UN	258-03977-0092	BOLSAS DE POLIETILENO; TAMANO 10 X 14Cm - ESPESOR ALTA DENSIDAD - PRESENTACION ENVASE X 500 -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> BOLSA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON CIERRE HERMETICO TIPO ZIP LOCK, COLOR: TRANSPARENTE, MEDIDA: 10X14 CM, BOLSA X 500</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
3	16,000000	UN	279-00784-0003	PAPELES DE ALUMINIO; USO HOGAR - LARGO 10M - ANCHO 330mm -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PAPEL ALUMINIO LARGO 10 METROS ANCHO 330MM</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 16</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
4	10,000000	Caja	295-00441-0071	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 21G X 1 1/2 - PRESENTACION CAJA X 100UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> AGUJA QUIRURGICA. TIPO DESCARTABLE 21 G X 1 1/2" CAJA X 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
5	3,000000	Caja	295-00441-0099	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO 21 GX1' - PRESENTACION CAJA X 100UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO 21 GX1' - PRESENTACION CAJA X 100UN.MCA. TERUMO. 21 G X 1"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 1 - MICO 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
6	2,000000	Caja	295-00441-0272	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 25G X 5/8 - PRESENTACION CAJA X 100UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO 25 GX5/8' - PRESENTACION CAJA X 100UN.MCA. TERUMO. 25 GX5/8'</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 2</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
7	1,000000	Caja	295-00441-0365	AGUJAS QUIRURGICAS; TIPO DESCARTABLE - ESPECIFICACION 23 G - PRESENTACION ENVASE X 100UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> AGUJA QUIRÚRGICA. TIPO DESCARTABLE 23 G X 1 1/4". PRESENTACIÓN CAJA POR 100 UNIDADES.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
8	6,000000	Caja	295-00444-0013	HOJAS DE BISTURI; TIPO MARTIN - NUMERO 21 -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> HOJAS DE BISTURI; TIPO MARTIN - NUMERO 21; CAJA X 100 MATERIAL ACERO AL CARBONO. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERIL.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1 - MICO 5</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
9	3,000000	Caja	295-00448-0025	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 25CM3 - PRESENTACION CAJA X 20UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 25CM3 - PRESENTACION CAJA X 20UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
10	1,000000	Caja	295-00448-0036	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 80CM3 - PRESENTACION CAJA X 100UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 80CM3 - PRESENTACION CAJA X 100UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
11	5,000000	Caja	295-00448-0037	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 175CM3 - PRESENTACION CAJA X 100UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> FRASCO ESTERIL DE POLIESTIRENO PARA CULTIVO DE TEJIDOS CAP. 150-175 CM3 CUELLO ANGULAR, TAPA DOBLE ROSCA, SIN FILTRO, PARA CELULAS ADHERENTES CAJA POR 50 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 5</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
12	19,000000	Caja	295-00448-0043	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 75CM2 - PRESENTACION CAJA X 50UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE TEJIDOS -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 75CM2 - PRESENTACION CAJA X 50UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE TEJIDOS.FRASCO DE POLIESTIRENO PARA CULTIVO DE TEJIDOS 75-80 CM2; ESTÉRIL, CUELLO ANGULAR, TAPA DOBLE ROSCA, SIN FILTRO. PARA CÉLULAS ADHERENTES. CAJA X 50

**Especificación técnica:**

VIRUS 24

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
13	3,000000	Caja	295-00448-0056	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 12mL - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE CULTIVO DE 12 ML ESTERIL CON SUPERFICIE TRATADA LIBRE DE RNASA Y DNASA, NO PIROGENICO, NO CITOTOXICO CAJA X 1000 UNIDADES

**Especificación técnica:**

VIRUS 3

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
14	12,000000	UN	295-00448-0087	FRASCOS ESTERILES; CAPACIDAD 12,5CM3 - PRESENTACION ENVASE X 20UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO DE TEJIDOS -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO ESTERIL; CAPACIDAD 12,5CM3- PRESENTACION CAJA X 20UN - GRABADO SIN - USO CULTIVO, SIN FILTRO

**Especificación técnica:**

VIRUS 12

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
15	4.710,000000	UN	295-00468-0005	TUBOS DE ENSAYO; TIPO FONDO CONICO PARA CENTRIFUGA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50mL - ACCESORIO TAPA A ROSCA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBOS DE ENSAYO; TIPO FONDO CONICO PARA CENTRIFUGA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 50ML - ACCESORIO TAPA A ROSCA TUBO DE ENSAYO DE POLIPROPILENO, FONDO CONICO, PARA CENTRIFUGA, CON CAPACIDAD PARA 50 ML, GRADUADO, CON TAPA A ROSCA, ESTERIL.

**Especificación técnica:**

BACT 1110 - VIRUS 300 - PARASITO 3300

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
16	100,000000	UN	295-00468-0012	TUBOS DE ENSAYO; TIPO BORDE RECTO - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - DIMENSION 16 X 150mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE ENSAYO; TIPO BORDE RECTO - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - DIMENSION 16 X 150MM. UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 100



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
17	10,000000	UN	295-00468-0044	TUBOS DE ENSAYO; TIPO PARA MICROCENTRIFUGA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1.5mL - ACCESORIO TAPA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBO DE ENSAYO; TIPO PARA MICROCENTRIFUGA - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 1,5ML - ACCESORIO TAPA -,BOLSA X 1000 UNID</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
18	25,000000	UN	295-00468-0110	TUBOS DE ENSAYO; TIPO ESTÉRIL, CÓNICO, GRADUADO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 15mL - ACCESORIO TAPA A ROSCA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBO DE ENSAYO; TIPO ESTERIL CONICO GRADUADO - MATERIAL POLIPROPILENO - DIMENSION 15ML - ACCESORIO TAPA A ROSCA ,BOLSA X 50U,</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 14 - VIRUS 11</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
19	500,000000	UN	295-00468-0185	TUBOS DE ENSAYO; TIPO FONDO CILINDRICO - MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - DIMENSION 13 X 100mm - ACCESORIO TAPA DE BAQUELITA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBO DE VIDRIO 13 X 100 CON TAPA DE BAQUELITA A ROSCA UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 500</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
20	1,000000	UN	295-00473-0026	GASAS; TIPO HIDROFILA - MEDIDA 0,80 X 1,60 X 40M - PRESENTACION UNIDAD -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> GASAS; TIPO HIDROFILA - MEDIDA 0,80 X 1,60 X 40M - PRESENTACION UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
21	5,000000	Caja	295-02157-0008	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20mL - AGUJA SIN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 20ML - AGUJA SIN. CAJA X 100.ESTÉRILES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2 - MICO 3</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
22	100,000000	UN	295-02157-0034	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1mL - AGUJA 27 1/2 - USO ADMINISTRACION DE INSULINA -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> JERINGA DESCARTABLE CAPACIDAD 1 ML, CON AGUJA 27 1/2. USO TIPO ADMINISTRACION DE INSULINA. UNIDAD					
<b>Especificación técnica:</b> VIRUS 100					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
23	3,000000	Caja	295-02157-0037	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 1CM3 - AGUJA 15/5 - USO TUBERCULINA -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> JERINGA DE TUBERCULINA 1ML CON AGUJA CAJA X 100					
<b>Especificación técnica:</b> PARASITO 3					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
24	11,000000	Caja	295-02157-0060	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 10mL - AGUJA SIN - USO MEDICINAL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> JERINGA DESCARTABLE, CAPACIDAD 10 ML. SIN AGUJA CAJA X 100					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 1 - VIRUS 10					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
25	550,000000	UN	295-02157-0069	JERINGAS DESCARTABLES; CAPACIDAD 2,5mL - AGUJA SIN -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> JERINGA DESCARTABLE, CAPACIDAD 2,5 ML. SIN AGUJA. UNIDAD					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 450 - VIRUS 100					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
26	9,000000	Caja	295-02366-0002	HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS ALGODON - PRESENTACION CAJA X 100 -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> HISOPOS DE ALGODÓN PARA BACTERIOLOGIA. ESTERILES, CON PALILLO DE MADERA DE APROX. 15 CM. DE LARGO. EN ENVASE INDIVIDUAL CAJA X 100					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 9					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
27	22,000000	Caja	295-02366-0009	HISOPOS; MATERIAL DE EXTREMOS ALGODON - PRESENTACION CAJA X 1000UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> HISOPOS DE ALGODÓN PARA BACTERIOLOGIA - NO ESTERILES - CON PALILLO DE MADERA DE APROX. 15 CM DE LARGO. CAJA X 1000 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 22</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
28	1,000000	UN	295-02515-0015	VASOS DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 250mL - FORMA CILINDRICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> VASO PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 250ML - FORMA CILINDRICA -, UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
29	1,000000	UN	295-02515-0027	VASOS DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 1000mL - FORMA GRADUADO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> VASO PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 1000ML - FORMA GRADUADO, UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
30	116,000000	Caja	295-02557-0002	CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22mm - PRESENTACION CAJA X 100 -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CUBREOBJETO; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 22 X 22MM - PRESENTACION CAJA X 100 -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 100 - PARASITO 1 - MICO 15</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
31	4,000000	Caja	295-02557-0004	CUBREOBJETOS; MATERIAL VIDRIO - DIMENSION 20 X 20mm - PRESENTACION CAJA X 100 -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CUBREOBJETOS, MATERIAL VIDRIO, 20 X 20 MM CAJA X 100 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 2 - PARASITO 2</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
32	10,000000	Caja	295-02562-0002	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION CAJA X 50 - TAMAÑO STANDAR -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PORTAOBJETO P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION CAJA X 50 - TAMAÑO STANDAR -.

**Especificación técnica:**

PARASITO 10

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
33	2,000000	Caja	295-02562-0012	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL SUPERFROST BLANCO B. ESMERILAD - PRESENTACION ENVASE X 50UN - TAMAÑO 75 X 25mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PORTAOBJETOS BORDE ESMERILADO DE 75 X 25 MM CAJA POR 50

**Especificación técnica:**

PARASITO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
34	2,000000	UN	295-02562-0014	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL CRISTAL OPTICO - PRESENTACION PAQUETE X 72UN - TAMAÑO 75 X 25 X 1mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PORTAOBJETO P/MICROSCOPIO; MATERIAL CRISTAL OPTICO - TAMAÑO 75 X 25 X 1MM PAQUETE POR 72 UNIDADES

**Especificación técnica:**

PARASITO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
35	65,000000	Caja	295-02562-0029	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 100 - TAMAÑO 75 X 25mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PORTAOBJETO P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO - BORDE ESMERILADO TAMAÑO 75 X 25 X 1MM CAJA X 100 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 65

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
36	12,000000	Caja	295-02562-0031	PORTAOBJETOS P/MICROSCOPIO; MATERIAL VIDRIO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - TAMAÑO 26 X 76mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PORTAOBJETO. MATERIAL VIDRIO, SIN ESMERILAR. DESENGRASADOS. DIMENSIÓN 26X76X1 MM. CAJA X 100 UNIDADES

**Especificación técnica:**

PARASITO 2 - MICO 10



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
37	1,000000	Caja	295-02580-0001	CINTAS P/MEDICION DE PH; RANGO DE PH 0 A 7 - PRESENTACION ROLLO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIRAS PARA MEDICION PH RANGO 0-7 EN CAJA 100 TIRAS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
38	3,000000	Caja	295-02580-0017	CINTAS P/MEDICION DE PH; RANGO DE PH 0 A 6 - PRESENTACION CAJA X 100 VARILLAS -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CINTA PARA MEDIR PH, RANGO 0 - 6, PRESENTACION TIRAS ENVASE X 100 TIRAS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2 - VIRUS 1</p>					
39	4,000000	Caja	295-02580-0020	CINTAS P/MEDICION DE PH; RANGO DE PH 6,5 A 10 - PRESENTACION CAJA X 100 TIRAS -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CINTA PARA MEDIC. PH; RANGO DE PH 6,5 A 10 PRESENTACION EN TIRAS CAJA X 100 TIRAS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2 - VIRUS 2</p>					
40	5,000000	Caja	295-02580-0023	CINTAS P/MEDICION DE PH; RANGO DE PH 5 A 10 - PRESENTACION CAJA X 100 TIRAS -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CINTA PARA MEDIR PH, RANGO DE 5 A 10. EN TIRAS ENVASE X 100 TIRAS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2 - VIRUS 1 - PARASITO 2</p>					
41	810,000000	UN	295-02583-0007	PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 24 - MATERIAL PLASTICO - ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACAS DE 24 POCILLOS PARA CULTIVO DE TEJIDO, ESTERILES, FONDO PLANO, EN ENVASE INDIVIDUAL CON TAPA. UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 460 - VIRUS 350</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
42	3,000000	Caja	295-02583-0008	PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 - MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 - MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO.ENVASE INDIVIDUAL, CON TAPA. CAJA X 50

**Especificación técnica:**

BACT 2 - VIRUS 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
43	2.000,000000	UN	295-02583-0024	PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 POCILLOS - MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACAS POLICUBETA P/LAB.; DIVISIONES 96 POCILLOS CON TAPAS - MATERIAL POLIESTIRENO - ESTERILIZADA SI - FONDO PLANO POR UNIDAD

**Especificación técnica:**

MICO 2000

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
44	29.825,000000	UN	295-02591-0002	PLACAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - DIAMETRO 100mm - ALTURA 15mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACA DE PETRI, MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, DIAMETRO 100 MM, ALTURA 15 MM UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 29825

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
45	30,000000	UN	295-02591-0002	PLACAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - DIAMETRO 100mm - ALTURA 15mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACAS PETRI ESTERILES DESCARTABLES PARA CULTIVO CELULAR DE 10 CM DE DIAMETRO, PACK POR 20U

**Especificación técnica:**

PARASITO 30

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
46	1.500,000000	UN	295-02591-0006	PLACAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - DIAMETRO 60mm - ALTURA 15mm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACA DE PETRI, MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, DIAMETRO 60 MM, ALTURA 15 MM UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 1500



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
47	5.000,000000	UN	295-02591-0037	PLACAS DE PETRI; MATERIAL PLASTICO ESTERIL - DIAMETRO 90mm - ALTURA 14mm -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACA DE PETRI, MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, DIAMETRO 90 MM, ALTURA 15 MM UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 5000</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
48	1.050,000000	UN	295-02591-0042	PLACAS DE PETRI; MATERIAL POLIESTIRENO - DIAMETRO 150mm - ALTURA 30mm -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACA DE PETRI DE 150 X 30 MM. ESTERILES, UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1050</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
49	2.030,000000	UN	295-02592-0003	PIPETAS GRADUADAS; MATERIAL PLASTICO - TIPO DESCARTABLE - CAPACIDAD 25mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA GRADUADA; MATERIAL PLASTICO - TIPO DESCARTABLE - CAPACIDAD 25ML -, ESTÉRIL, EN ENVASE INDIVIDUAL. UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1480 - VIRUS 50 - MICO 500</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
50	8.800,000000	UN	295-02592-0004	PIPETAS GRADUADAS; MATERIAL PLASTICO - TIPO DESCARTABLE - CAPACIDAD 10mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA DESCARTABLE GRADUADA, CAPACIDAD 10 ML. MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, EN ENVASE INDIVIDUAL UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2900 - VIRUS 4500 - MICO 1400</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
51	8,000000	Caja	295-02592-0037	PIPETAS GRADUADAS; MATERIAL PLASTICO - TIPO GRADUADA - CAPACIDAD 2mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA DESCARTABLE, GRADUADA, CAPACIDAD 2 ML. MATERIAL PLASTICO, ESTERIL, EN ENVASE INDIVIDUAL CAJA X 500 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 8</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
52	1.400,000000	UN	295-02592-0074	PIPETAS GRADUADAS; MATERIAL PLASTICO - TIPO ESTERIL - CAPACIDAD 5mL - MEDIDA MINIMA 0,1mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PIPETA DESCARTABLE GRADUADA - USO LABORATORIO -CAPACIDAD 5ML - MATERIAL PLASTICO -ESTERIL EN ENVASE INDIVIDUAL UNIDAD

**Especificación técnica:**

MICO 600 - BACT 800

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
53	6,000000	UN	295-02600-0023	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD 500mL - TAPA A ROSCA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO DE VIDRIO PARA MUESTRAS, GRADUADO, AUTOCLAVABLE, CON TAPA A ROSCA. CAPACIDAD 500 ML. UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 6

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
54	6,000000	UN	295-02600-0024	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL VIDRIO GRADUADO AUTOCLAVABLE - CAPACIDAD 1000mL - TAPA A ROSCA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO PARA MUESTRAS GRADUADO, PARA LABORATORIO DE VIDRIO , AUTOCLAVABLE CON TAPA - CAPACIDAD 1000 ML UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 6

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
55	40,000000	UN	295-02600-0049	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL POLIETILENO DESCARTABLE - CAPACIDAD 50mm - TAPA NORMAL CUELLO OBLICUO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO P/MUESTRA; MATERIAL POLIETILENO DESCARTABLE - DIMENSION 25CM2 - CAPACIDAD 50MM - TAPA NORMAL CUELLO OBLICUO,- UNIDAD

**Especificación técnica:**

PARASITO 40

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
56	6,000000	Caja	295-02600-0070	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL POLIESTIRENO DESCARTABLE - CAPACIDAD 50mL - TAPA NORMAL CUELLO OBLICUO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO DE POLIESTIRENO PARA CULTIVO DE TEJIDOS 25 CM2; ESTÉRIL, CUELLO ANGULAR, TAPA VENTILADA/CERRADA A ROSCA, SIN FILTRO. PARA CÉLULAS ADHERENTES. CAJA X 100

**Especificación técnica:**

BACT 1 - VIRUS 5



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
57	1,000000	Caja	295-02600-0075	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL POLIESTIRENO DESCARTABLE - CAPACIDAD 500mL - TAPA A ROSCA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCOS DESCARTABLES DE POLIESTIRENO PARA CULTIVOS CELULARES ESTERILES DE 150 CM2 CAJA X 40 UNIDADES

**Especificación técnica:**

PARASITO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
58	1,000000	Caja	295-02600-0086	FRASCOS P/MUESTRAS; MATERIAL PLASTICO - CAPACIDAD 100mL - TAPA A ROSCA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

FRASCO DE POLIPROPILENO PLASTICO TRANSPARENTE CON TAPA A ROSCA BOCA NO MENOR A 55 MM CAPACIDAD 100 ML ESTERILES PARA RECOLECCION DE MUESTRAS CLINICAS CAJA POR 500 UNIDADES

**Especificación técnica:**

PARASITO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
59	4,000000	UN	295-02620-0006	INDICADORES DE ESTERILIZACION; PRESENTACION ROLLO - METODO AUTOCLAVE DE VAPOR - INDICADOR CINTA INDICADORA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

INDICADORES DE ESTERILIZACION, PRESENTACION ROLLO -METODO AUTOCLAVE DE VAPOR -INDICADOR CINTA INDICADORA -. UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 1 - VIRUS 1 - PARASITO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
60	6,000000	UN	295-02763-0009	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 250mL - GRADUACION EN COLOR - BASE PLASTICA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PROBETA; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION EN COLOR - BASE PLASTICA -,CON PICO VERTEDOR UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 2 - PARASITO 4

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
61	11,000000	UN	295-02763-0010	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100mL - GRADUACION EN COLOR - BASE PLASTICA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PROBETA; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION EN COLOR DE 1ML - BASE PLASTICA -,SIN TAPA CON PICO VERTEDOR UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 9 - PARASITO 2



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
62	10,000000	UN	295-02763-0011	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 1000mL - GRADUACION EN COLOR - BASE PLASTICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 1000 ML. CON GRADUACION, SIN TAPA, BASE PLASTICA, CON PICO VERTEDOR. UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 6 - PARASITO 4</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
63	6,000000	UN	295-02763-0013	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 500mL - GRADUACION EN COLOR - BASE PLASTICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PROBETA DE VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD 500 ML. CON GRADUACION, SIN TAPA, BASE PLASTICA, CON PICO VERTEDOR. UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 3 - PARASITO 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
64	2,000000	UN	295-02763-0014	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 100mL - GRADUACION 1/10mL - TAPA SIN - BASE PLASTICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION 1/10ML - TAPA SIN - BASE PLASTICA -, UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
65	3,000000	UN	295-02763-0021	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 50mL - GRADUACION 1mL - TAPA SIN - BASE PLASTICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PROBETA; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 50ML - GRADUACION 1ML - TAPA SIN - BASE PLASTICA -, UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
66	1,000000	UN	295-02763-0058	PROBETAS; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 2000mL - GRADUACION CON - TAPA CON - BASE PLASTICA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PROBETA; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - CAPACIDAD 2000ML - GRADUACION CON - TAPA CON - BASE PLASTICA UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
67	3,000000	UN	295-02763-0127	PROBETAS; MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDAD 1000mL - GRADUACION CON - TAPA SIN - BASE POLIPROPILENO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PROBETA DE 1000 ML DE POLIPROPILENO CON BASE, AUTOCLAVABLE, GRADUADA CON PICO VERTEDOR UNIDAD

**Especificación técnica:**

VIRUS 2 - BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
68	1,000000	UN	295-02764-0029	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 100mL - GRADUACION SI -.	NO

**Observaciones del ítem:**

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 100ML - GRADUACION SI -,

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
69	5,000000	UN	295-02764-0031	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 500mL - GRADUACION SI -.	NO

**Observaciones del ítem:**

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO PYREX - CAPACIDAD 500ML - GRADUACION SI - , UNIDAD

**Especificación técnica:**

PARASITO 5

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
70	5,000000	UN	295-02764-0032	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 1000mL - GRADUACION SI -.	NO

**Observaciones del ítem:**

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD1L - CON GRADUACION UNIDAD

**Especificación técnica:**

BACT 5

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
71	2,000000	UN	295-02764-0039	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO C/PICO VERTEDOR - CAPACIDAD 3000mL - GRADUACION SI -.	NO

**Observaciones del ítem:**

VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL VIDRIO BOROSILICATO - TIPO C/PICO VERTEDOR - CAPACIDAD 3000ML - GRADUACION SI UNIDAD

**Especificación técnica:**

PARASITO 2



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
72	2,000000	UN	295-02764-0057	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL PLASTICO - TIPO GRIFFIN - CAPACIDAD 50mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL PLASTICO - TIPO GRIFFIN - CAPACIDAD 50ML - GRADUACION SI UNIDAD  <b>Especificación técnica:</b> PARASITO 2					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
73	1,000000	UN	295-02764-0060	VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL PLASTICO - TIPO GRIFFIN - CAPACIDAD 250mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> VASO DE PRECIPITADO; MATERIAL PLASTICO - TIPO GRIFFIN - CAPACIDAD 250ML - GRADUACION SI UNIDAD  <b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
74	5,000000	UN	295-02765-0011	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 100mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYER DE BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR DE 100 ML.  <b>Especificación técnica:</b> BACT 5					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
75	6,000000	UN	295-02765-0012	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 1000mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYER DE BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR, GRADUADO, DE 1000 ML.  <b>Especificación técnica:</b> BACT 6					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
76	4,000000	UN	295-02765-0013	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 2000mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYER DE BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR DE 2000 ML.  <b>Especificación técnica:</b> BACT 4					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
77	7,000000	UN	295-02765-0014	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 250mL - GRADUACION SI -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR CAPACIDAD 250 ML - GRADUADO - VIDRIO BOROSILICATO  <b>Especificación técnica:</b> BACT 7					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
78	6,000000	UN	295-02765-0016	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 500mL - GRADUACION SI -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYER DE VIDRIO BOROSILICATO RESISTENTE AL CALOR DE 500 ML.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 6</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
79	2,000000	UN	295-02765-0018	ERLENMEYER; TIPO RESISTENTE AL CALOR - CAPACIDAD 3000mL - GRADUACION NO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ERLENMEYERS TIPO RESISTENTE AL CALOR CAPACIDAD 3000 ML,</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
80	10,000000	UN	295-03492-0014	TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 200UL - ,</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
81	16,000000	UN	295-03492-0015	TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1000µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1000µL UNIVERSALES, SIN CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 13 - VIRUS 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
82	36,000000	UN	295-03492-0015	TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1000µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1000µL UNIVERSALES, CON CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 1 - PARASITO 35</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
83	10,000000	Caja	295-03492-0020	TIP; TIPO C/FILTRO ART10 ESTERILES - PRESENTACION CAJA X 960UN - CAPACIDAD 0,5 A 10µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO C/FILTRO ART10 ESTERILES - PRESENTACION CAJA X 960UN - CAPACIDAD 0,5 A 10UL</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 10</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
84	163,000000	Caja	295-03492-0025	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 78 - VIRUS 15 - MICO 70

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
85	80,000000	Caja	295-03492-0025	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS

**Especificación técnica:**

VIRUS 80

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
86	32,000000	Caja	295-03492-0025	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT PROLINE PLUS. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS

**Especificación técnica:**

BACT 32

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
87	30,000000	Caja	295-03492-0025	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS DISCOVERY COMFORT. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS

**Especificación técnica:**

BACT 30

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
88	26,000000	Caja	295-03492-0026	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20µL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20UL -.

**Especificación técnica:**

PARASITO 26



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
89	195,000000	Caja	295-03492-0026	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS CON FILTRO PARA PROTECCION DE AEROSOLE. ESTERILES, LIBRE DE RNASAS Y DNASAS PARA PIPETA FINNPIPETTE, DE 20 UL, EN RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 35 - VIRUS 130 - MICO 30</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
90	95,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 10 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON PIPETMAN. PRESENTAR MUESTRA. CAJA X 96</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 35 - VIRUS 60</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
91	265,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 10 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 105 - VIRUS 90 - MICO 70</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
92	34,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 10 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 14 - VIRUS 20</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
93	51,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 10 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 51</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
94	1,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 10 µL EXTRA LARGO CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON. PRESENTAR MUESTRA. CAJA X 96UN

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
95	25,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAP, USO 10 UL -, "CAJA X 96 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

PARASITO 25

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
96	85,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAP. USO 10UL -.TIPS CON FILTRO PARA PROTECCION DE AEROSOL. ESTERILES ,LIBRE DE RNASES Y DNASES Y PIROGENOS PARA PIPETA EPPENDORF DE 10 UL EXTRA LARGO.PRESENTAR MUESTRA CAJA X 96UN

**Especificación técnica:**

VIRUS 50 - MICO 35

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
97	1,000000	Caja	295-03492-0027	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 10µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 10 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS AHN. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
98	6,000000	UN	295-03492-0028	TIP; TIPO P/PIPETA AUTOMATICA - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1 A 10µL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TIPS PARA PIPETAS GILSON DE 1 A 10 UL CON ORIFICIOS Y GEOMETRIA UNIFORME CON REPETIBILIDAD GARANTIZADA, DE LONGITUD 32 MM, AUTOCLAVABLES A 121 °C 0,1 MPA DURANTE 20 MINUTOS, EN BOLSA DE 1000 TIPS SUELTOS

**Especificación técnica:**

PARASITO 6



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
99	2,000000	UN	295-03492-0039	TIP; TIPO P/PIPETA AUTOMATICA - PRESENTACION POR UNIDAD - CAPACIDAD 5mL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> TIPS PARA PIPETA AUTOMATICA CAPACIDAD 5ML PRESENTACION BOLSA X 500 COMPATIBLE CON PIPETA SOCOREX  <b>Especificación técnica:</b> PARASITO 2					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
100	60,000000	Caja	295-03492-0040	TIP; TIPO EPPENDORF ESTERIL C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 0,5 A 10µL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO EPPENDORF ESTERIL C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 0, 5 A 10UL -,  <b>Especificación técnica:</b> PARASITO 60					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
101	3,000000	UN	295-03492-0041	TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 0,5 A 10µL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> TIPS BLANCOS, CAPACIDAD 0,5 - 10 UL BOLSA X 1000 UNIDADES  <b>Especificación técnica:</b> VIRUS 1 - PARASITO 2					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
102	18,000000	UN	295-03492-0041	TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 0,5 A 10µL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> TIPS SIN FILTRO, BLANCOS, GRADUADOS, CAPACIDAD DE 0,5-10UL, PARA PIPETAS AUTOMATICAS MONO Y MULTICANAL BIOHIT, RANGO DE CALIBRACION 0,1. BOLSA POR 1000  <b>Especificación técnica:</b> BACT 15 - MICO 3					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
103	5,000000	UN	295-03492-0042	TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 1 A 200µL -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAP, USO 1 A 200UL -,  <b>Especificación técnica:</b> PARASITO 5					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
104	30,000000	Caja	295-03492-0044	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 30</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
105	30,000000	Caja	295-03492-0045	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 30</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
106	46,000000	Caja	295-03492-0046	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X 96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 8 - VIRUS 38</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
107	7,000000	Caja	295-03492-0046	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS RAININ. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 7</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
108	9,000000	Caja	295-03492-0046	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT PROLINE PLUS. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 9</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
109	11,000000	UN	295-03492-0048	TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 10 A 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION - CAPACIDAD 10 A 200 µL. PRESENTAR MUESTRA BOLSA X 1000UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            MICO 11</p>					
110	2,000000	UN	295-03492-0048	TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 10 A 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            TIPS 10-200 UL SIN FILTRO, LIBRE DE DNASA,RNASA Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            MICO 2</p>					
111	21,000000	UN	295-03492-0063	TIP; TIPO ULTRAMICRO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 10µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            TIPS P/MICROPIPETAS DE 0 5-10 UL, COMPATIBLES CON PIPETAS FINNPIPETTE, ULTRAMICROTIP (CABEZA PEQUEÑA) BOLSA X 1000 U</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 21</p>					
112	2,000000	Caja	295-03492-0069	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION CAJA X 1000UN - CAPACIDAD 20µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            TIP; TIPO C/FILTRO P/FINNPIPETE - CAPACIDAD 20 UL - PRESENTACION: BOLSA X 1000UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 2</p>					
113	9,000000	UN	295-03492-0072	TIP; TIPO UNIVERSALES - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 2-200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            TIPS BLANCOS DE 2 - 200 UL. BOLSA X 1000 UNIDADES.SIN CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            BACT 4 - VIRUS 5</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
114	40,000000	UN	295-03492-0075	TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200 UL -, "RACK X 96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 40</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
115	20,000000	UN	295-03492-0076	TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP, TIPO C/FILTRO ART PRESENTACION ENVASE X 96UN -CAPACIDAD 1000 UL -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 20</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
116	123,000000	UN	295-03492-0078	TIP; TIPO C/FILTRO ART - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1 A 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 25 - VIRUS 80 - PARASITO 18</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
117	10,000000	UN	295-03492-0109	TIP; TIPO MULTICANAL - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 250µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO MULTICANAL - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAP, USO 250 UL -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
118	7,000000	UN	295-03492-0109	TIP; TIPO MULTICANAL - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 250µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 250 µL ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS RAININ. PRESENTACION EN BOLSA X 1000 UNIDADES. PRESENTAR MUESTRA.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 7</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
119	5,000000	UN	295-03492-0115	TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 2 A 200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 200UL -. UNIVERSALES CON CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 3 - PARASITO 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
120	4,000000	Caja	295-03492-0126	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNASA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20 A 300µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 300 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 4</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
121	10,000000	Caja	295-03492-0126	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNASA - PRESENTACION CAJA X 96UN - CAPACIDAD 20 A 300µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 300 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
122	7,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. MEDIDAS 9MM DE DIAMETRO X 85 MM DE LARGO. PARA PIPETAS RAININ. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 TIPS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 7</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
123	9,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X 96 UNID."</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 9</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
124	140,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

BACT 50 - VIRUS 50 - MICO 40

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
125	60,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X 96 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

VIRUS 60

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
126	5,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNAS Y PIROGENOS. "RACK X 96 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

PARASITO 5

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
127	13,000000	UN	295-03492-0137	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. "RACK X96 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

BACT 8 - PARASITO 5

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
128	130,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNAS Y PIROGENOS. PARA PIPETAS GILSON. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 8 - VIRUS 122



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
129	4,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION RACK X 96 UN - CAP, USO 200 UL - ,</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 4</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
130	10,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
131	93,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 2- 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 58 - MICO 30 - VIRUS 5</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
132	32,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 32</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
133	15,000000	UN	295-03492-0138	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNA/DNA - PRESENTACION ENVASE X 96UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS DISCOVERY COMFORT. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 15</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
134	1,000000	UN	295-03492-0146	TIP; TIPO FINNPIPETTE CON FILTRO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 20µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 20 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTACION BOLSA X 1000 UNIDADES. PRESENTAR MUESTRA.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
135	134,000000	UN	295-03492-0152	TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 0 A 200µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AMARILLO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 200UL -. UNIVERSALES SIN CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 92 - VIRUS 17 - PARASITO 15 - MICO 10</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
136	5,000000	UN	295-03492-0160	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 96 - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS BIOHIT PROLINE PLUS. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 5</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
137	35,000000	UN	295-03492-0160	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 96 - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. RACK X 96 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 35</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
138	4,000000	UN	295-03492-0173	TIP; TIPO P/PIPETA - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 300µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS SIN FILTRO,BLANCOS,GRADUADOS,CAPACIDAD DE 50-300UL,PARA PIPETAS AUTOMATICAS MONO Y MULTICANAL BOECO, RANGO DE CALIBRACION 0,1. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 4</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
139	14,000000	UN	295-03492-0188	TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 100UN - CAPACIDAD 1 A 5 mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO BLANCO - PRESENTACION BOLSA X 100UN - CAPACIDAD 1 A 5 ML -, PARA PIPETAS FINNPIPETTE</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 14</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
140	15,000000	UN	295-03492-0189	TIP; TIPO AZUL - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 100 A 1000µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIP; TIPO AZULES - PRESENTACION BOLSA X 1000 - CAPACIDAD 100-1000µL UNIVERSALES, CON CORONA</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 15</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
141	30,000000	UN	295-03492-0192	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 100µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 100 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS AHN. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 30</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
142	6,000000	UN	295-03492-0202	TIP; TIPO S/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 0,1 A 10µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 0,1-10 µL SIN FILTRO, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS EPPENDORF. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 6</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
143	2,000000	UN	295-03492-0207	TIP; TIPO S/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 100 A 1000µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1000 µL SIN FILTRO, LIBRE DE DNASA,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 2</p>					

**ESPECIFICACIONES**

Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
144	6,000000	UN	295-03492-0220	TIP; TIPO C/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 1024UN - CAPACIDAD 1000µL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS CON FILTRO 1000 UL, PARA USO EN EXTRACTOR QIACUBE MARCA QIAGEN 1024 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 6</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
145	3,000000	UN	295-03492-0224	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNASA/DNASE - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 1000µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1000 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASE,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS AHN. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 3</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
146	20,000000	UN	295-03492-0225	TIP; TIPO C/FILTRO LIBRE DE RNASE/DNASE - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 200µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 200 µL CON FILTRO ESTERILES, LIBRE DE DNASE,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS AHN. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 20</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
147	6,000000	UN	295-03492-0323	TIP; TIPO S/FILTRO - PRESENTACION ENVASE X 100UN - CAPACIDAD 1 A 100µL -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TIPS 1-100 µL SIN FILTRO, LIBRE DE DNASE,RNASE Y PIROGENOS. PARA PIPETAS FINNPIPETTE. PRESENTAR MUESTRA. BOLSA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 6</p>					
Reglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
148	2,000000	Caja	295-04026-0044	MEMBRANAS P/LABORATORIO; TIPO FILTRACION - MATERIAL POLICARBONATO - PRESENTACION CAJA X 100UN - PORO 3µm - MEDIDA 25mm -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> MEMBRANA P/LABORATORIO; TIPO FILTRACION - MATERIAL POLICARBONATO - PRESENTACION CAJA X 100UNIDAD - DIAMETRO 25MM - PORO 3UM -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 2</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
149	3,000000	UN	295-04026-0156	MEMBRANAS P/LABORATORIO; TIPO TRANSFERENCIA - MATERIAL NITROCELULOSA - PRESENTACION ROLLO - PORO 0,45Mn - MEDIDA 3,5M -.	NO

**Observaciones del ítem:**

MEMBRANAS P/LABORATORIO; TIPO TRANSFERENCIA - MATERIAL NITROCELULOSA - PRESENTACION ROLLO X30 CM Y 3,5M - PORO 0,45UM MARCA BIO-RAD

**Especificación técnica:**

BACT 1 - PARASITO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
150	35,000000	Caja	295-04106-0001	CRIOTUBOS; TIPO BASE PLANA - MATERIAL ESTERIL - PRESENTACION CAJA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA EXTERNA CON O`RING, AUTOCLAVABLES, AUTOPORTANTE, VOLUMEN ENTRE 1,8 Y 2,0 ML. NO ESTERILES CAJA X 500 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 19 - MICO 16

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
151	1,000000	Caja	295-04106-0001	CRIOTUBOS; TIPO BASE PLANA - MATERIAL ESTERIL - PRESENTACION CAJA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA EXTERNA CON O`RING, AUTOCLAVABLES, AUTOPORTANTE, VOLUMEN ENTRE 1,8 Y 2,0 ML. ESTERILES, CON CERTIFICADO CAJA X 500

**Especificación técnica:**

MICO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
152	3,000000	UN	295-04106-0003	CRIOTUBOS; TIPO P/ALMACENAR EN NITROGENO LIQ. - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 50 -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO PARA ALMACENAR EN NITRÓGENO LÍQUIDO CON TAPA A ROSCA EXTERNA CON O`RING, AUTOCLAVABLES, AUTOPORTANTE, VOLUMEN ENTRE 1,8 Y 2,0 ML. ESTERILES BOLSA X 50 -

**Especificación técnica:**

BACT 2 - VIRUS 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
153	6,000000	UN	295-04106-0003	CRIOTUBOS; TIPO P/ALMACENAR EN NITROGENO LIQ. - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 50 -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS, TIPO P/ALMACENAR EN NITROGENO LIQUIDO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDAD 1ML, TAPA ROSCA EXTERNA, CON O RING, FONDO PLANO, ESTERILES BOLSA X 50

**Especificación técnica:**

BACT 5 - VIRUS 1



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
154	16,000000	Caja	295-04106-0004	CRIOTUBOS; TIPO ESTERIL X 2mL - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA EXTERNA CON O'RING, AUTOCLAVABLES, AUTOPORTANTE, VOLUMEN ENTRE 1,8 Y 2,0 ML. ESTERILES LIBRE DE DNASAS, RNASAS Y PIRÓGENOS. CAJA X 500

**Especificación técnica:**

BACT 5 - VIRUS 11

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
155	6,000000	Caja	295-04106-0004	CRIOTUBOS; TIPO ESTERIL X 2mL - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBO DE 2 ML . ESTÉRIL. MARCA GREINER BIO ONE N° DE CATALOGO 126263. HECHO DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZA UNA ALTA RESISTENCIA TÉRMICA EN UN RANGO DE TEMPERATURA DE -196 ° C A + 121 ° C. FONDO REDONDO. CON LA BASE STARFOOT Y ROSCA EXTERIOR. TAPA COLOR NATURAL. APIRÓGENO, NO CITOTÓXICO. LIBRE DE DNASA, RNASA, ADN HUMANO DETECTABLE. CON CERTIFICADO CAJA X500

**Especificación técnica:**

MICO 6

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
156	3,000000	Caja	295-04106-0011	CRIOTUBOS; TIPO 1,8mm - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION CAJA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA INTERNA, CON O'RING, AUTOCLAVABLES AUTOPORTANTES, VOLUMEN ENTRE 1.8 Y 2 ML, ESTÉRILES. CAJA POR 500 UNID.

**Especificación técnica:**

BACT 3

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
157	1,000000	UN	295-04106-0019	CRIOTUBOS; TIPO NO ESTERIL - MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

CRIOTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA INTERNA CON O'RING, AUTOCLAVABLES, AUTOPORTANTE, VOLUMEN ENTRE 1,8 Y 2,0 ML. NO ESTERILES CAJA X 500 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
158	1,000000	Caja	295-04316-0004	PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION CAJA X 250UN - FORMA DE PRESENTACION SOLIDO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PIPETA PASTEUR DESCARTABLE; ESTADO SOLIDO - PRESENTACION CAJA X 250UN -.

**Especificación técnica:**

PARASITO 1



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
159	7,000000	Caja	295-04316-0009	PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION CAJA X 500 - FORMA DE PRESENTACION POLIETILENO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA TIPO PASTEUR, CON BULBO, DESCARTABLE, DE POLIETILENO DE 2 ML, GRADUADA, ESTÉTIL, ENVUELTA*INDIVIDUALMENTE BOLSA X 500</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 7</p>					
160	6.700,000000	UN	295-04316-0018	PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION UNIDAD - FORMA DE PRESENTACION C/BULBO - CAPACIDAD 3mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA TIPO PASTEUR, CON BULBO, DESCARTABLE, DE POLIETILENO DE 3 ML, GRADUADA, ESTÉTIL, ENVUELTA*INDIVIDUALMENTE UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 6500 - VIRUS 200</p>					
161	7,000000	UN	295-04316-0021	PIPETAS PASTEUR DESCARTABLES; PRESENTACION ENVASE X 500UN - FORMA DE PRESENTACION EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CAPACIDAD 3mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA TIPO PASTEUR, CON BULBO, DESCARTABLE, DE POLIETILENO DE 3 ML, GRADUADA, ESTÉTIL, ENVUELTA*INDIVIDUALMENTE BOLSA X 500</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 7</p>					
162	6,000000	UN	295-04487-0018	TUBOS A ROSCA; MEDIDA 1,5mL - TIPO CONICO - ACCESORIO TAPA A ROSCA -.	SI
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBOS CÓNICOS GRADUADOS DE 1,5 ML DE CAPACIDAD CON TAPA A ROSCA CON O-RING, LIBRES DE DNAAA, RNAAAAS Y PIRÓGENOS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES, RESISTENTES A UNA VELOCIDAD DE CENTRIFUGACIÓN DE 17000 RPM Y TEMP DE ALMACENAMIENTO DE -80°C . PRESENTAR MUESTRA ENVASE X 500 TUBOS</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 6</p>					
163	44,000000	Caja	295-04534-0004	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO SOLIDO - PRESENTACION CAJA X 500UN - CAPACIDAD 2mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBO DE POLIPROPILENO, TIPO EPPENDORF CON CIERRE DE SEGURIDAD, AUTOCLAVABLE- CAPACIDAD 2 ML BOLSA X 500</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 5 - VIRUS 12 - PARASITO 17 - MICO 10</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
164	9,000000	UN	295-04534-0007	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO C/TAPA, AUTOCLAVABLE - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 0,5mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO EPPENDORF, CON TAPA, AUTOCLAVABLE, CAPACIDAD 0,5 ML. "BOLSA X 1000 UNIDADES"

**Especificación técnica:**

BACT 2 - MICO 7

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
165	14,000000	UN	295-04534-0009	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO C/TAPA, AUTOCLAVABLE - PRESENTACION BOLSA X 500UN - CAPACIDAD 2mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO POLIPROPILENO TIPO EPPENDORF CON TAPA AUTOCLAVABLE CAPACIDAD 2ML

**Especificación técnica:**

BACT 14

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
166	4,000000	UN	295-04534-0011	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO PARED FINA TRANSP. C/TAPA - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - CAPACIDAD 0.5mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR, DE 0,5 ML DE CAPACIDAD, PARED ULTRAFINA, CON TAPA A PRESION, ESTERILES, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS. ENVASE X 1000 TUBOS

**Especificación técnica:**

BACT 2 - VIRUS 1 - PARASITO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
167	28,000000	UN	295-04534-0013	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO C/TAPA A PRESION - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - CAPACIDAD 0,2mL -.	SI

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR, DE 0,2 ML DE CAPACIDAD, PARED ULTRAFINA, CON TAPA A PRESION (PLANA), ESTERILES, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS. MUESTRA ENVASE X 1000 TUBOS

**Especificación técnica:**

BACT 19 - VIRUS 9

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
168	49,000000	UN	295-04534-0014	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO SOLIDO - PRESENTACION BOLSA X 500UN - CAPACIDAD 1,5mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO; ESTADO SOLIDO - PRESENTACION BOLSA X 500UN - CAPACIDAD 1.5ML -.MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML, DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE, GRADUADO, TAPÓN PLANO, BANDA PARA ESCRITURA. LIBRE DE RNASA, DNASA E INHIBIDORES DE PCR BOLSA X 500 UN

**Especificación técnica:**

BACT 11 - VIRUS 8 - MICO 30



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
169	1,000000	UN	295-04534-0014	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO SOLIDO - PRESENTACION BOLSA X 500UN - CAPACIDAD 1.5mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR DE 1.5ML PERED ULTRAFINA CON TAPA A PRESIÓN, ESTÉRILES LIBRES DE RNASAS DNASAS Y PIROGENOS. ENV X 500

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
170	26,000000	Caja	295-04534-0016	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO C/PARED ULTRAFINA - PRESENTACION CAJA X 1000UN - CAPACIDAD 0,2mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR, DE 0,2 ML DE CAPACIDAD, PARED ULTRAFINA, CON TAPA A PRESION (DOME), ESTERILES, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS. ENVASE X 1000 TUBOS

**Especificación técnica:**

BACT 8 - VIRUS 2 - PARASITO 6 - MICO 10

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
171	15,000000	UN	295-04534-0017	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO CONICO - PRESENTACION BOLSA X 25UN - CAPACIDAD 50mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO ESTADO CÓNICO PRESENTACIÓN BOLSA POR 25 UNIDADES CAPACIDAD 50 ML ESTERILES BOLSA X 25 UN

**Especificación técnica:**

MICO 15

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
172	55,000000	UN	295-04534-0023	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO ESTERIL - PRESENTACION BOLSA X 50UN - CAPACIDAD 15mL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO CON FONDO CÓNICO Y TAPA, PARA CENTRÍFUGA, ESTÉRIL, GRADUADO CAPACIDAD 15 ML. ENVASE X 50 TUBOS

**Especificación técnica:**

VIRUS 5 - PARASITO 40 - MICO 10

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
173	1,000000	UN	295-04534-0041	TUBOS DE POLIPROPILENO; ESTADO C/TAPA ADHERIDA EN TIRAS - PRESENTACION ENVASE X 120UN - CAPACIDAD 200µL -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR, DE 0,2 ML DE CAPACIDAD, PARED ULTRAFINA, ESTERILES, LIBRES DE RNASAS, DNASAS Y PIROGENOS, CON TAPAS DISPUESTOS EN TIRAS DE 8 TUBOS. ENVASE X 120

**Especificación técnica:**

MICO 1



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
174	1,000000	UN	295-04633-0001	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA - MEDIDA 2mL - TIPO A ROSCA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            MICROTUBOS DE POLIPROPILENO CON TAPA A ROSCA CON AREA BLANCA PARA IDENTIFICACION, CAPACIDAD 2 ML, CON BASE PLANA, COLOR NATURAL, OPTIMA CALIDAD, BOLSA POR 1000 UNIDADES,</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
175	4,000000	UN	295-04633-0001	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA - MEDIDA 2mL - TIPO A ROSCA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            MICROTUBOS CON TAPA A PRESION DE 2 ML TRANSPARENTES LIBRE DE ADNASAS ARNASAS Y PIRETOGENOS- BOLSA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 4</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
176	1,000000	UN	295-04633-0002	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - MEDIDA 1,5mL - TIPO EPPENDORF -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 1000UN - MEDIDA 1,5ML - TIPO EPPENDORF -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
177	7,000000	UN	295-04633-0009	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - MEDIDA 0.2mL - TIPO PARED FINA C/TAPA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b>            MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - MEDIDA 0,2ML - TIPO PARED FINA C/TAPA CONCAVA-.</p> <p><b>Especificación técnica:</b>            PARASITO 7</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
178	6,000000	UN	295-04633-0016	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 500UN - MEDIDA 1,5mL - TIPO AUTOCLAVABLE C/TAPA -.	SI

**Observaciones del ítem:**

MICROTUBO P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 500UN - MEDIDA 1.5 ML - COLOR NATURAL - TIPO AUTOCLAVABLE C/TAPA -.TUBOS CÓNICOS GRADUADOS DE 1.5 ML DE CAPACIDAD CON TAPA A ROSCA CON O-RING, LIBRES DE DNASAS, RNASAS Y PIRÓGENOS, COLOR TRASPARENTE, NO ESTÉRILES, AUTOCLAVABLES. PRESENTAR MUESTRA BOLSA X 500UN

**Especificación técnica:**

VIRUS 6

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
179	19,000000	UN	295-04633-0030	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION ENVASE X 1000UN - MEDIDA 0,5mL - TIPO LIBRE DE RNASA Y DNASA -.	NO

**Observaciones del ítem:**

MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO -PRESENTACION ENVASE X 1000UN - MEDIDA 0, 5ML - TIPO LIBRE DE RNASA Y DNASA -. ENVASE X 1000UN

**Especificación técnica:**

BACT 5 - VIRUS 4 - PARASITO 10

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
180	28,000000	UN	295-04633-0051	MICROTUBOS P/LABORATORIO; MATERIAL POLIPROPILENO - PRESENTACION BOLSA X 1000 - MEDIDA 1,5mL - TIPO C/CIERRE DE SEGURIDAD -.	NO

**Observaciones del ítem:**

MICROTUBO TIPO EPPENDORF DE 1,5 ML, DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVABLE, GRADUADO, TAPÓN PLANO, BANDA PARA ESCRITURA. LIBRE DE RNASA, DNASA E INHIBIDORES DE PCR CON CIERRE DE SEGURIDAD BOLSA X 1000U

**Especificación técnica:**

BACT 28

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
181	2,000000	UN	295-04811-0011	TUBOS P/PCR; MEDIDA 0,2mL - TIPO PARED DELGADA - USO PARA PCR - ACCESORIO CON TAPA - PRESENTACION BOLSA X 500UN -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBOS DE POLIPROPILENO CONICO P/PCR DE 0, 2ML DE PARED DELGADA BOLSA X500UND,

**Especificación técnica:**

PARASITO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
182	2,000000	Caja	295-05321-0002	NAVAJAS P/MICROTOMO; TIPO DESCARTABLE UNIVERSAL - PRESENTACION CAJA X 50 -.	NO

**Observaciones del ítem:**

NAVAJAS P/MICROTOMO; TIPO DESCARTABLE UNIVERSAL - PRESENTACION CAJA X50

**Especificación técnica:**

MICO 2



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
183	2,000000	Caja	295-05410-0006	CUBETAS DE REACCION; MATERIAL PLASTICO - CELDAS 1 - USO AUTOANALIZADOR -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CUBETA PLASTICA USO ESPECTROFOMETRO, TIPO SEMIMICRO CAPACIDAD 1 ML. CAJA POR 100</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
184	292,000000	UN	295-05703-0006	ANSA; PRESENTACION ENVASE X 50UN - TIPO CALIBRADA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ANSAS 10UL DESCARTABLE; PRESENTACION ENVASE X 50UN - TIPO CALIBRADA.-ESTERILES, EN ENVOLTORIO INDIVIDUAL</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 210 - VIRUS 2 - MICO 80</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
185	110,000000	UN	295-05703-0010	ANSA; PRESENTACION ENVASE X 10UN - TIPO CALIBRADA -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ANSAS CALIBRADAS 1 UL DESCARTABLES ESTERILES. PAQUETE POR 10 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 110</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
186	6,000000	UN	295-05703-0014	ANSA; PRESENTACION ENVASE X 12UN - TIPO CALIBRADA ALEACION DE CROMO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ANSAS DE ALEACIÓN CR-NI 80-20, LARGO 7 CM, VOLUMEN DE CARGA 5 UL PARA RECuento DE COLONIAS EN MUESTRAS DE ORINA Y OTROS MATERIALES. ENVASE POR 12 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 6</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
187	1.000,000000	UN	295-05703-0017	ANSA; PRESENTACION ENVASE X 5 UN - TIPO DESCARTABLE -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> ANSAS 10UL DESCARTABLE; PRESENTACION ENVASE X 5UN - ESTERILES, EN ENVOLTORIO INDIVIDUAL ENVASE X 5 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 1000</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
188	7,000000	Caja	295-05716-0001	PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL, APIROGENA - USO CULTIVO DE TEJIDO - CAPACIDAD 5mL - MATERIAL POLIETILENO - PRESENTACION CAJA X 100UN -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA DESCARTABLE; TIPO ESTERIL APIROGENA - USO CULTIVO DE TEJIDO - CAPACIDAD 5ML - MATERIAL POLIETILENO - PRESENTACION CAJA X 100UN -.					
<b>Especificación técnica:</b> VIRUS 6 - PARASITO 1					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
189	9,000000	Caja	295-05716-0001	PIPETAS DESCARTABLES; TIPO ESTERIL, APIROGENA - USO CULTIVO DE TEJIDO - CAPACIDAD 5mL - MATERIAL POLIETILENO - PRESENTACION CAJA X 100UN -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> PIPETA DESCARTABLE GRADUADA USO LABORATORIO CAPAC 5ML MATERIAL PLASTICO, ESTÉRIL EN ENV INDIVIDUAL CAJA X 100					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 9					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
190	94,000000	UN	295-05717-0006	CAJAS P/CRITUBOS; MATERIAL PLASTICO - TIPO TUBO DE 2mL - CAPACIDAD 81 TUBOS - USO MICROBIOLOGIA -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> "CAJA DE POLICARBONATO PARA ALMACENAR CRITUBOS 1,2 - 2ML EN ULTRA FRIO, CON DIVISIONES INTERNAS PLÁSTICAS. CAPACIDAD 81 CRITUBOS."					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 31 - VIRUS 10 - PARASITO 53					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
191	55,000000	UN	295-05717-0014	CAJAS P/CRITUBOS; MATERIAL POLIPROPILENO - TIPO P/TUBOS DE 2mL - CAPACIDAD 100 TUBOS - USO MICROBIOLOGIA -.	NO
<b>Observaciones del ítem:</b> CAJAS DE POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD, AUTOCLAVABLES, PARA ALMACENAMIENTO A -80°C DE 100 CRITUBOS DE 2 ML (10 FILAS X 10 HILERAS), CON RÓTULO NUMÉRICO DE IDENTIFICACIÓN DE CADA TUBO, TAMAÑO DE LA CAJA: 150 MM X140 MM X55 MM.					
<b>Especificación técnica:</b> BACT 10 - VIRUS 45					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
192	90,000000	UN	295-05717-0018	CAJAS P/CRITOTUBOS; MATERIAL CARTON - TIPO P/TUBOS DE 1,5 A 2mL - CAPACIDAD 81 TUBOS - USO PARA LABORATORIO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

"CAJAS DE CARTÓN PLASTIFICADO (RESISTENTE A LA HUMEDAD)  
CON DIVISIONES INTERIORES PARA 81 TUBOS DE 1.5 Y 2 ML.  
DIMENSIONES EXTERNAS: 13 CM DE ANCHO X 13 CM DE LARGO X 5 CM DE ALTO  
"

**Especificación técnica:**

BACT 70 - VIRUS 20

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
193	2,000000	Caja	295-05752-0006	PLACAS DE ELISA; TIPO FONDO PLANO - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION CAJA X 60 - MATERIAL POLIESTIRENO - TAMAÑO 96 HOYOS -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACAS DE 96 HOYOS . FONDO PLANO. SIN TAPA. NO ESTÉRIL. CON SUPERFICIE DE ALTA AFINIDAD POR MOLÉCULAS HIDRÓFILAS. VOLUMEN TOTAL 400UL POR CELDA. MÉTODO ELISA. JUSTIFICACIÓN DE MARCA ÚNICA. NUNC. COD. 2-69620 CAJA X 60

**Especificación técnica:**

BACT 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
194	1,000000	Caja	295-05752-0006	PLACAS DE ELISA; TIPO FONDO PLANO - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION CAJA X 60 - MATERIAL POLIESTIRENO - TAMAÑO 96 HOYOS -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACAS DE 96 HOYOS . FONDO PLANO. SIN TAPA. NO ESTÉRIL. MAXI SORP VOLUMEN TOTAL 400UL POR CELDA. MÉTODO ELISA. JUSTIFICACIÓN DE MARCA ÚNICA THERMO SCIENTIFIC . NUNC. COD. 439454 CAJA X 60

**Especificación técnica:**

BACT 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
195	2,000000	UN	295-05752-0013	PLACAS DE ELISA; TIPO FONDO EN U - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 320UN - MATERIAL POLIESTIRENO - TAMAÑO 16 HOYOS -.	NO

**Observaciones del ítem:**

PLACA DE ELISA; TIPO FONDO EN U - USO INMUNOLOGIA - PRESENTACION ENVASE X 320UN - POLIESTIRENO - TAMAÑO 16 HOYOS,- UNIDAD

**Especificación técnica:**

PARASITO 2 -



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
196	17,000000	Caja	295-05752-0015	PLACAS DE ELISA; TIPO FONDO PLANO - USO MICROBIOLOGIA - PRESENTACION CAJA X 40UN - MATERIAL POLIESTIRENO - TAMAÑO 96 HOYOS -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACAS DE ELISA; TIPO FONDO PLANO - USO MICROBIOLOGIA -PRESENTACION CAJA X 40UN - MATERIAL POLIESTIRENO - TAMAÑO 96 HOYOS -,MARCA GREINER</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 17</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
197	1,000000	Caja	295-05984-0002	UNIDADES FILTRANTES POR VACIO; TIPO ESTERIL - PORO 0,22µL - CAPACIDAD 250mL - MATERIAL POLIESTIRENO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDAD FILTRANTE POR VACIO; TIPO ESTERIL - PORO 0,22UL - RESERVORIO 252ML - USO CULTIVO DE TEJIDOS - CAPACIDAD 250ML - MATERIAL POLIESTIRENO - PRESENTACION CAJA X 12UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
198	3,000000	Caja	295-06426-0003	FILMS P/ELECTROFORESIS; TIPO INMUNOFILM MICROOUGHTERLONY - USO LABORATORIO - PRESENTACION CAJA X 10UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PARAFILM M (38 MTS, X 10 CM,) ROLLO</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 3</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
199	1,000000	Caja	295-06488-0002	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 12UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDADES FILTRANTES CON RECEPTOR PARA 250 ML ESTÉRILES CON MEMBRANA DE 0, 22 UM DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETRO CAJA X 12 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
200	4,000000	Caja	295-06488-0002	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 12UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDADES FILTRANTES CON RECEPTOR PARA 500 ML, ESTERILES CON MEMBRANA DE 0,22 UM DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETRO, CAJA X 12 UNIDADES</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 4</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
201	8,000000	Caja	295-06488-0002	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 12UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDAD FILTRANTE CON RECEPTOR PARA 500 ML, ESTERILES CON MEMBRANA DE 0,45UM DE PORO Y 47 MM DE DIAMETRO CAJA X 12 UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 8</p>					
202	5,000000	Caja	295-06488-0002	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 12UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDADES FILTRANTES CON RECEPTOR PARA 250 ML ESTÉRILES CON MEMBRANA DE 0, 45 UM DE PORO Y 47 MM DE DIÁMETRO CAJA X 12 UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b> MICO 5</p>					
203	8,000000	Caja	295-06488-0004	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 50UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDAD FILTRANTE; PRESENTACION CAJA X 50UN - UNIDAD FILTRANTE MILLEX DESCARTABLE, ESTERIL CON MEMBRANA DE 0,45 UM DE PORO Y 25 MM DE DAMETRO CAJA X 50 UN</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 6 - MICO 2</p>					
204	10,000000	Caja	295-06488-0004	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 50UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDADES FILTRANTES MARCA MILLEX DESCARTABLES ESTERILES CON MEMBRANA DE 0,22 UM DE PORO Y 25 MM DE DIAM. "CAJA X 50 UNIDADES"</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 1 - VIRUS 7 - MICO 2</p>					
205	1,000000	Caja	295-06488-0004	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 50UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDAD FILTRANTE; 0,8 UM PORO, DIAM 25 MM PRESENTACION CAJA X 50UN -.</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
206	2,000000	Caja	295-06488-0004	UNIDADES FILTRANTES; PRESENTACION CAJA X 50UN -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> UNIDADES FILTRANTES MILLIPORE MILLEX GV (PVDF) 0,22 UM DIAM 33MM CAT: SLGV ? 33RSS CAJA X 50</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
207	1,000000	UN	295-07281-0002	CASSETTES DE FILTRACION; MATERIAL CELULOSA ESTABILIZADA - AREA 0,6M2 - PORO 0,22µm - TIPO MICROFILTRACION -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> DISPOSITIVO DE ULTRAFILTRACION PARA PEQUEÑOS VOLUMENES PELLICON XL PARA FILTRACION TANGENCIAL (50-1000 ML)JUEGO DE ACCESORIOS (4 ADAPTADORES LUER BARB 1 PINZA DE RETENIDO Y TUBO DE LFL TYGON DE 120 CM) Y CERTIFICADO DE CALIDAD, ORIGEN: MILLIPORE UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
208	1,000000	UN	295-08207-0002	JARRAS DE TINCION; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 60mL -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> JARRA DE TINCION TIPO COPLIN DE VIDRIO VERTICAL PARA 5 PORTAOBJETOS UNIDAD</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
209	1,000000	UN	295-08207-0006	JARRAS DE TINCION; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 100mL - TAPA A PRESION - DIVISIONES 10 -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> JARRA DE TINCION; MATERIAL VIDRIO - CAPACIDAD 100ML - TAPA PRESION - DIVISIONES 10,-</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					
Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
210	1,000000	UN	296-05334-0021	CELDA P/ESPECTROFOTOMETRIA; PASO OPTICO 10mm - CAPACIDAD 1500µL - ACCESORIO SIN - TIPO DESCARTABLE -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> CELDAS DESCARTABLES PARA ESPECTROFOTÓMETRO BIO-RAD TRUIVIEW CAPACIDAD DESDE 50UL A 1.500UL BOLSA X 50</p> <p><b>Especificación técnica:</b> PARASITO 1</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
211	1,000000	UN	296-06205-0281	REP.Y ACC. P/ESPECTROFOTOMETRO; USO ESPECTROFOTOMETRIA - DESCRIPCION ADAPTADOR - MODELO EQUIPO ULTROSPEC 2100 PRO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

ADAPTADOR PARA CELDAS DESCARTABLES TRUVIEW MARCA BIO-RAD PARA ESPECTOFOTÓMETRO CON PASO DE LUZ DE 15MM ULTROSPEC 2100 PRO-

**Especificación técnica:**

PARASITO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
212	2,000000	UN	296-08875-0107	REP. Y ACC. P/EQUIPO MEDICO; USO LABORATORIO - MARCA EQUIPO QIAGEN - ELEMENTO ROTOR - MODELO EQUIPO QIACUBE -.	NO

**Observaciones del ítem:**

ROTOR ADAPTERS (10X24) PARA USO EN EXTRACTOR QIACUBE MARCA QIAGEN 10X24 UNIDADES

**Especificación técnica:**

VIRUS 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
213	13,000000	Caja	296-08904-0089	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TUBO OPTICO - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TUBOS OPTICOS DE 0,2 ML MARCA APPLIED BIOSYSTEMS: ELEMENTOS CON CALIDAD OPTICA Y FABRICADOS PARA OBTENER UN BAJO BACKGROUND DE FLUORESCENCIA EN TIRAS POR 8 TUBOS OPTICOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS PRESENTACION CAJA X 1000 TUBOS

**Especificación técnica:**

VIRUS 6 - PARASITO 7

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
214	5,000000	Caja	296-08904-0089	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TUBO OPTICO - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TUBO OPTICO - MARCA EQUIPO APPLIED BIOSYSTEMS - MODELO STEP ONE - EQUIPO CICLADOR TERMICO.TUBOS ÓPTICOS DE 0.1 ML: ELEMENTOS CON CALIDAD ÓPTICA Y FABRICADOS PARA OBTENER UN BAJO BACKGROUND DE FLUORESCENCIA EN TIRAS POR 8 TUBOS ÓPTICOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA STEPONE REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS PRESENTACION CAJA X 1000 TUBOS. MARCA APPLIED BIOSYSTEMS

**Especificación técnica:**

MICO 5



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
215	14,000000	Caja	296-08904-0089	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TUBO OPTICO - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> TUBOS OPTICOS DE 0,2ML ELEMENTO CON CALIDAD OPTICA Y FABRICADOS PARA OBTENER UN BAJO BACKGROUND DE FLUORESCENCIA EN TIRA POR 8 TUBOS OPTICOS COMPATIBLES CON EL SISTEMA 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS 125 TIRAS DE 8 TUBOS. MARCA APPLIED BIOSYSTEMS CÓDIGO 4316567 CAJA X 1000</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 14</p>					
216	2,000000	Caja	296-08904-0090	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO PLACA OPTICA - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACAS ÓPTICAS DE 96 POCILLOS (0,2 ML) PARA PCR EN TIEMPO REAL CORRESPONDIENTE AL EQUIPO 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS CAJA POR 10 PLACAS CAJA X 10</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 2</p>					
217	2,000000	Caja	296-08904-0090	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO PLACA OPTICA - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACAS ÓPTICAS DE 96 POCILLOS (0,1 ML) PARA PCR EN TIEMPO REAL CORRESPONDIENTE AL EQUIPO FAST 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS CAJA POR 20 PLACAS CODIGO 4346906 PLACAS ÓPTICAS DE 96 POCILLOS (0,1 ML) PARA PCR EN TIEMPO REAL CORRESPONDIENTE AL EQUIPO FAST 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS CAJA POR 20 PLACAS CODIGO 4346906 CAJA X 20</p> <p><b>Especificación técnica:</b> BACT 2 -</p>					
218	20,000000	Caja	296-08904-0090	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO PLACA OPTICA - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO
<p><b>Observaciones del ítem:</b> PLACAS OPTICAS DE 96 POCILLOS 0,2ML PARA PCR RT PARA EQUIPO 7500 REAL TIME PCR DE APPLIED BIOSYSTEMS CAJA X 10 PLACAS. MARCA APPLIED BIOSYSTEMS CÓDIGO 8010560 CAJA X 10</p> <p><b>Especificación técnica:</b> VIRUS 20</p>					



**ESPECIFICACIONES**

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
219	6,000000	Caja	296-08904-0091	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TAPA OPTICA - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TAPA OPTICA - MARCA EQUIPO APPLIED BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO STEP ONE - EQUIPO CICLADOR TERMICO. TAPAS ÓPTICAS PARA TUBOS DE 0.1 ML: ELEMENTO CON CALIDAD ÓPTICA Y FABRICADOS PARA OBTENER UN BAJO BACKGROUND DE FLUORESCENCIA EN TIRAS POR 8 TAPAS ÓPTICAS COMPATIBLES CON EL SISTEMA STEP ONE REAL TIME PCR DE APPLIEDBIOSYSTEMS PRESENTACION CAJA POR 2400. MARCA APPLIED BIOSYSTEMS CAJA X 2400

**Especificación técnica:**

PARASITO 4 - MICO 2

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
220	21,000000	UN	296-08904-0091	REP Y ACC P/EQUIPO LABORATORIO; ELEMENTO TAPA OPTICA - MARCA EQUIPO BIOSYSTEMS - MODELO EQUIPO 7500 - EQUIPO CICLADOR TERMICO -.	NO

**Observaciones del ítem:**

TAPAS ÓPTICAS PARA TUBOS DE 0.2 ML: ELEMENTO CON CALIDAD ÓPTICA Y FABRICADOS PARA OBTENER UN BAJO BACKGROUND DE FLUORESCENCIA, EN TIRAS DE 8 TAPAS ÓPTICAS, COMPATIBLES CON EL SISTEMA 7500 REAL TIME PCR, MARCA APPLIEDBIOSYSTEMS CODIGO 4323032 .ENV X 2400 UNIDADES (300 TIRAS DE 8 TAPAS) 2400 UNIDADES

**Especificación técnica:**

BACT 1 - VIRUS 20 - PARASITO 1

Renglón	Cantidad	U. Medida	Cód. Catálogo	Descripción	Muestra
221	3,000000	UN	299-03268-0008	BOLSAS DE NYLON; ESPESOR 100Mn - PRESENTACION PAQUETE X 100UN - ANCHO 10Cm -.	NO

**Observaciones del ítem:**

BOLSAS DE NYLON; ESPESOR 100MN - PRESENTACION PAQUETE X 100UN - ANCHO 10CM -.

**Especificación técnica:**

PARASITO 3



## PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

*Ministerio de Salud*  
Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias  
ADMINISTRACION NACIONAL  
DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALEBRAN"

### **CLÁUSULAS PARTICULARES**

**Forma de pago:**

30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE OTORGADA LA RECEPCION DEFINITIVA DEL BIEN O SERVICIO.

**Plazo de mantenimiento de la oferta:**

60 días corridos CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA

**Plazo y lugar de entrega único****Plazo:**

Dentro de los 30 (treinta) días hábiles de recepcionada la correspondiente orden de compra.

**Lugar:**

SECTOR DEPOSITO  
VELEZ SANSFIELD 563  
CAPITAL FEDERAL CAPITAL FEDERAL - CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Observaciones:**

Lugar de entrega: En el Depósito Central de ésta ANLIS sito en Av. Amancio Alcorta 2052, C.A.B.A. Tel: 4303-2817.

**Moneda de cotización:**

PESOS

**Observaciones:**

VER PARAMETROS DE LA CONTRATACION Y ANEXO I.

**Datos impositivos:**

IVA EXENTO

**Opción a Prórroga:**

NO

**LICITACION PRIVADA**  
**Nº: 08 /2017**

## ANEXO I

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Artículo 1º.- La presente Licitación Privada tiene por objeto la adquisición de material descartable, la misma se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido por el artículo 25, inciso c) del Decreto 1023/01, por los artículos 12 y 13 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16. Asimismo, será de aplicación el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición N° 63/16 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

### FECHA Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Artículo 2º.- La fecha límite para la presentación de las ofertas ha sido fijada para el día 10 de julio de 2017, hasta las 10:30 horas, en el Departamento de Administración de Bienes de esta A.N.L.I.S. “Dr. Carlos G. Malbrán”, sito en Avda. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C 1282 AFF) Tel.: 4303-1803, correo electrónico: [compras@anlis.gov.ar](mailto:compras@anlis.gov.ar)

**El acto de apertura de ofertas se realizará el mismo día a las 11:00 hs.**

La comprobación de que una oferta presentada en termino y con las formalidades exigidas en el Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16, en el Pliego Único y en este pliego de bases y condiciones particulares o en las bases del llamado no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y la

iniciación de las actuaciones sumariales pertinentes.

Al momento de la presentación de la oferta, el Departamento de Administración de Bienes de la ANLIS emitirá un comprobante de recepción, el que sólo dará fe de la presentación del o los sobres, pero no de su contenido.

La presentación de la Oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a contratación e implicará el pleno conocimiento de la reglamentación de las contrataciones del Estado, cuyas disposiciones regirán en todo acto licitatorio, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos. La presentación sólo podrá efectuarse hasta la fecha y hora fijadas por la ANLIS para dicho acto, sin excepción alguna. No se admitirán modificaciones, agregados y/o alteraciones a las ya presentadas.

Los oferentes podrán constituir domicilio especial en cualquier territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. En el caso en el que no se constituyera un Domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO).

#### RETIRO DE PLIEGOS

Artículo 3º.- Los interesados podrán obtener los pliegos en el domicilio mencionado en el Artículo 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas, a tal fin podrán entregar un dispositivo de almacenamiento para que se

proceda a grabar en el mismo, el archivo correspondiente al Pliego; o bien solicitar que el archivo sea enviado vía correo electrónico. Con el único objetivo de optimizar recursos, bajo ninguna circunstancia se entregara, ni se venderá el Pliego en formato PAPEL.

Asimismo, se podrá obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente DE LA SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DE MODERNIZACION, cuya dirección es [www.argentinacompra.gov.ar](http://www.argentinacompra.gov.ar) , como así también estará disponible en el Sitio de Internet de esta ADMINISTRACION NACIONAL “DR. CARLOS G. MALBRAN”, [www.anlis.gov.ar](http://www.anlis.gov.ar), bajo la solapa LICITACIONES Y COMPRAS.

En caso de existir diferencias entre los pliegos que se hubieren obtenido del sitio de Internet y los que obren en el respectivo expediente de contratación del organismo contratante, se considerarán como válidas las cláusulas contenidas en este último.

No es obligatorio acompañar el presente pliego con la oferta. Se recomienda la conservación del mismo por parte del oferente, ya que el mismo contiene previsiones aplicables para las etapas posteriores a la presentación de la propuesta.

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar , haber retirado el pliego en el organismo contratante o haberlo descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no lo hubiesen retirado, o

descargado , no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

## CONSULTAS

Artículo 4º.- Las consultas se realizarán por escrito, las mismas deberán ser efectuadas hasta DOS (2) días antes a la fecha fijada para la presentación de ofertas, en la dirección mencionada en el Artículos 2º, en el horario de 10:00 (diez) a 16:00 (dieciséis) horas.

En oportunidad de realizar la consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Si a criterio de esta Administración la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria que se comunicará en forma fehaciente, con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de presentación de ofertas, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego, asimismo serán exhibidas en la cartelera para conocimiento de todos los demás interesados y se incluirá como parte integrante del Pliego.

Esta Administración podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean

pertinentes, las que comunicará siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a DOS (2) días contados desde que se presentare la solicitud, esta Administración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura.

#### INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa al vencimiento del plazo para presentar ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar una oferta ya presentada en un mismo procedimiento de selección, se considerara como válida la última propuesta presentada en termino. Si no se pudiera determinar cual es la última oferta presentada en término, se desestimarán todas las ofertas presentadas por ese oferente.

#### PRESENTACIÓN Y REQUISITOS DE LAS OFERTAS

Artículo 5º.- Las ofertas deberán presentarse en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, debiendo indicarse el número de Expediente, número de la contratación a que se refiere, fecha y hora de la apertura y la identificación del Oferente con su correspondiente N° CUIT en el lugar mencionado en el

Artículo 2°. Las mismas deberán presentarse en original y una copia, firmadas en todas sus hojas por responsable o persona habilitada, quienes demostrarán tal circunstancia adjuntando a su oferta comprobante de la calidad invocada (Gerente, Apoderado, etc.).

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

Las propuestas deberán consignar el precio unitario y cierto en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la oferta, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego (pesos) (Artículo 58 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16) y el precio total de cada renglón solicitado. La cotización deberá efectuarse en Pesos, no aceptándose cotizaciones en otras monedas, y deberá indicar el precio final (incluyendo todos los impuestos, tasas y/o gravámenes).-

Los oferentes podrán cotizar ofertas alternativas para cada renglón. Se entiende por oferta alternativa aquella que cumpliendo en un todo con el pliego de condiciones particulares y de especificaciones técnicas ofrece distintas soluciones técnicas que hace que pueda haber distintos precios para el mismo producto o servicio.

Esta ANLIS podrá elegir cualquiera de las dos o más ofertas presentadas ya que todas compiten con la de los demás oferentes.

Los oferentes podrán cotizar ofertas variantes. Se entiende por oferta variante aquella que modificando las especificaciones técnicas de la prestación previstas en el pliego de bases y condiciones particulares, ofrece una solución con una

mejora que no sería posible en caso de cumplimiento estricto del mismo.

Esta ANLIS solo podrá comparar la oferta base de los distintos proponentes y solo podrá considerar la oferta variante del oferente que tuviera la oferta base mas conveniente.

CORREO ELECTRONICO: El oferente podrá constituir una dirección de correo electrónico a los fines de poder cursarle todas las notificaciones inherentes a éste Procedimiento de Selección. En caso de no hacerlo, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no.

Toda documentación que se presente en fotocopia deberá estar certificada por autoridad competente o en su defecto aportarse los originales a los efectos de que la autoridad administrativa, previo cotejo con su original, certifique los mismos. Artículo 27 (Decreto N° 1759/72).

LAS OFERTAS PRESENTADAS DEBERAN REUNIR LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN EL ARTICULO 13 DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES APROBADO POR DISPOSICIÓN N° 63/2016 DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

CAUSALES DE DESESTIMACION NO SUBSANABLES:

- a) Si la oferta fuera formulada por personas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del periodo de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación.

- b) Si fuere formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.
- c) Si el oferente fuera inelegible de conformidad con lo establecido en el Artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.
- d) Si las muestras no fueran acompañadas en el plazo fijado en el pliego.
- e) Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
- f) Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.
- g) Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
- h) Si contuviera condicionamientos.
- i) Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rige la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.
- j) Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

Si no se acompañare la garantía de mantenimiento de oferta, o la constancia de haberla constituido.

**INELEGIBILIDAD:**

Será desestimada la oferta que:

- a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
- b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la Administración Nacional de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
- c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
- d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal entre otros supuestos, cuando un oferente participe en mas de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo,

asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la Administración Nacional, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los 3 (tres) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho trasnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en la lista de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conducta o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACION Y DE DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en

Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles mientras suscita dicha condición.

#### COTIZACION

Artículo 6º.- El proponente podrá cotizar por uno, varios o todos los renglones que integren el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las bases del llamado

#### PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Artículo 7º.- En el formulario donde se presente la oferta deberá indicarse explícitamente el plazo de mantenimiento de la misma, que será de 60 (sesenta) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, con los alcances previstos en el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

Asimismo, el mantenimiento de oferta deberá estar garantizado a través de una garantía de oferta por el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos, alternativas o variantes, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. La garantía deberá ser constituida en la misma moneda en que se realice la oferta.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas o mediante combinaciones de ellas referidas en el artículo 39 (FORMAS DE GARANTIAS) del PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.

Se exige la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (\$ 1.300.000) Artículo 80, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Excepciones a la obligación de presentar garantías:

Las excepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el Artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 no incluyen a las contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Publico Nacional en los términos del Artículo 8 de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

#### CRITERIO DE EVALUACIÓN (DICTAMEN DE EVALUACION)

Artículo 8°.- Para la evaluación de las ofertas, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las exigencias del presente Pliego a efectos de permitir su análisis desde el punto de vista técnico, operativo, económico y financiero.

Asimismo resultan aplicables las disposiciones del Decreto N° 1075/2001 (B.O. 28/08/2001) con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y formas asociativas, en la adjudicación.

El Dictamen de Evaluación se emitirá dentro de los CINCO (5) días contados a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de recepción de las

actuaciones en la Comisión Evaluadora.

Una vez emitido el Dictamen de Evaluación, la UOC será la responsable de notificar el mismo a todos los oferentes utilizando alguno de los medios enumerados en el artículo 7º del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016.

#### IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACION

Artículo 9º.- Los oferentes podrán impugnar el dictamen de evaluación dentro de los TRES (3) días de su comunicación, quienes no revistan tal calidad podrán impugnarlo dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, en ambos casos, previa integración de la garantía regulada en el artículo 78, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/2016.

#### ADJUDICACION

Artículo 10.- La adjudicación se realizará a favor de la oferta más conveniente para esta Administración Nacional, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los tres (3) días de dictado el acto respectivo, ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 74 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar

fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el Correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION.

#### ALTA EN EL PADRON UNICO DE ENTES

Artículo 11.- Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION y N° 19 de la TESORERIA GENERAL DE LA NACION de fecha 8 de Julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen.

#### GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 12.- El adjudicatario deberá integrar la garantía de cumplimiento del contrato, por el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

La misma deberá ser integrada dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la Orden de Compra o de la firma del Contrato.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior.

Vencido dicho plazo se rescindirá el contrato con la pérdida de la garantía de la oferta.

Se exime la obligatoriedad de presentar garantía cuando el monto de la Orden de Compra no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (\$ 1.300.000) Artículo 80, inciso d) del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16.

Excepciones a la obligación de presentar garantías:

Las excepciones a la obligación de presentar garantías dispuestas en el Artículo 80 del Reglamento aprobado por el Decreto 1030/16 no incluyen a las contragarantías, las que deberán constituirse en todos los casos en que se reciba un monto como adelanto salvo que el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público Nacional en los términos del Artículo 8 de la Ley N° 24.156, o un organismo provincial, municipal o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

#### GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR

Artículo 13.- Los gastos por flete hasta el lugar de entrega, los gastos de descarga y los gastos que surjan producto de la entrega de los insumos objeto de la presente licitación, serán íntegramente a cargo del adjudicatario. Será de aplicación lo estipulado en el Artículo 49 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional

#### LUGAR DE ENTREGA

Artículo 14.- La entrega se realizará en el Depósito Central de ésta ANLIS sito en Av. Amancio Alcorta 2052, C.A.B.A. Tel: 4303-2817.

#### PLAZO DE ENTREGA

Artículo 15.- El plazo de entrega será de 30 (treinta) días hábiles, contados a partir de la notificación de la correspondiente Orden de Compra..

#### RECEPCIÓN DEFINITIVA

Artículo 16.- Toda recepción, parcial o total, tendrá carácter de provisional hasta tanto se emita el certificado de recepción definitiva, firmado por autoridad competente. El ingreso de bienes con recepción provisional está sujeto a rechazo por parte de esta A.N.L.I.S. "Dr. CARLOS G. MALBRÁN".

El plazo para la emisión de la recepción definitiva es de DIEZ (10) días.

#### SANCIONES

Artículo 17.- Los oferentes, adjudicatarios o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16.

INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO (Sistema de Información de Proveedores).

#### SISTEMA DE INFORMACION INFORMACIÓN DE PROVEEDORES

Artículo 18.- La presente licitación esta dirigida exclusivamente a proveedores inscriptos en el mencionado sistema. Asimismo, serán consideradas las ofertas de quienes no hubiesen sido invitados a participar.

#### COTIZACIÓN Y PAGO (MONEDA)

Artículo 19.- Se establece que la moneda en que se cotizará y se efectuará el pago de la presente Contratación Directa será en Pesos.No se aceptarán ofertas parciales por renglón.

#### RECEPCIÓN DE FACTURAS Y REMITOS

Artículo 20.- La presentación de las facturas y remitos, debidamente conformados en original y copia, se efectuara a través de la Mesa de Entradas y Salidas de ésta Administración Nacional.

#### PLAZO DE PAGO

Artículo 21.- El plazo para el pago de las facturas será de treinta (30) días corridos contados a partir de otorgada la correspondiente recepción definitiva.

#### PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Artículo 22.- Las muestras de los renglones, que aquí se soliciten, deberán ser presentadas en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Agudas sito en Av. Vélez Sarsfield 563, Ciudad Autónoma de Bs. As. Tel: 4303-2817. La constancia de presentación de muestras deberá incorporarse dentro del sobre

cerrado que contenga la oferta y demás documentación.

Las muestras deberán presentarse en caja cerrada con la debida identificación de N° de Licitación, Nombre de la Empresa y N° de Renglones a los que pertenecen las mismas.

#### JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN CASO DE CONFLICTO

Artículo 23.- En caso de controversia derivada de la interpretación de las cláusulas de los pliegos que rigen la contratación, o del contrato u orden de compra, como así también derivada de la ejecución o extinción del contrato, se establece la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.