



AUTOCLAVE PHARMA MICROPROCESADO CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR Y A VAPOR DE LINEA – (BIOSEGURIDAD)

SUMINISTROS:

1– ELECTRICIDAD: 3x380 VCA – 50 Hz + NEUTRO Y TIERRA CON LLAVE DE CORTE RAPIDO
CONSUMO: 31 Kw/h – h: 1,20m

U.E.P ARQUITECTURA		
REMDELACIÓN DE SERVICIO DE VACUNAS BACTERIANAS I.N.P.B. - REFUNCIONALIZACIÓN EDILICIA A.N.L.I.S. "Carlos G. Malbran"		
PROY: ARQUITECTURA	SITUACIÓN ACTUAL electricidad	PLANO Nº 10
ESC: 1:100		
FECHA: 05/2017		