

ANEXO II : PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL AUTOCLAVE MARCA FAETA MODELO ISV 5000

Observaciones:

El servicio deberá ser llevado a cabo mensualmente, con una duración de 1 (un) año, desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra ,en el Servicio de de MICOBACTERIAS DTO.

BACTERIOLOGÍA del INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS AGUDAS (4303-2382/2817).

El Servicio será con opción a Prórroga por el mismo plazo que el contrato original.

Especificaciones :

MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO MENSUAL

Detalles:

- Diagnóstico remoto: INCLUIDO.
- No incluye repuestos, reactivos ni consumibles.
- INCLUYE KIT DE MANT. PREVENTIVO INCLUIDO,Y LA PROVISION DE SAL
- El Servicio prestará Servicio en el Servicio de Micobacterias del Dto. Bacteriología INEIA