

Proceso de compra

Número de proceso

68-0010-LPU20

Número de expediente

EX-2020-45835564- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA FABRICACIÓN DE INMUNOBIOLOGICOS DE USO HUMANO INPB

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

N° de proceso

68-0010-LPU20

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA FABRICACIÓN DE INMUNOBIOLOGICOS DE USO HUMANO INPB

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA FABRICACIÓN DE INMUNOBIOLOGICOS DE USO HUMANO INPB

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.10

Tipo de cotización

No admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Cada renglón se adjudicará en forma total
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: INPB - AV. VÉLEZ SANSFIELD 563, CABA. TEL: 4303-2492. MAIL: cpiccinetti@anlis.gob.ar;
cbonel@anlis.gob.ar.

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-104-SCO20	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	EQUIPOS, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB	Normal	01/07/2020

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.3	4.3.3- 178.54	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -80 A -30 °C, COMPRESOR: SI, CAPACIDAD: 200 L	1,00 UNIDAD	
2	4.3.3	4.3.3- 178.56	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -50 A -80 °C, COMPRESOR: 2 DE 1 HP, CAPACIDAD: 374 L	2,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3- 6623.3	FLUJO LAMINAR DE MESA; TIPO: VERTICAL, ANCHO: 1300 mm, ALTO: 1720 mm, PROFUNDIDAD: 880 mm, FILTRO: HEPA INCLUIDO, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: SIN VALOR, DIM. APROX. (ANCHO/PROF/ALTO): 130 X 88 X Ver más	2,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3- 9157.2	MUESTREADORES DE AIRE; TIPO: MONITOREO MICROBIOLOGICO, VELOCIDAD DE IMPACTO: VARIABLE	3,00 UNIDAD	
5	4.3.7	4.3.7- 3744.7	MAQUINAS P/CORTAR EL PELO; USO: PELUQUERIA, ACCESORIO: PEINE, COMPONENTES: 5, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD	1,00 UNIDAD	
6	4.3.1	4.3.1- 9119.7	ESQUILADORAS; TIPO: OVINO, TIPO DE MOTOR: ELECTRICO, POTENCIA: 1,5 HP	1,00 UNIDAD	
7	4.3.3	4.3.3- 6499.25	MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: HEMATOLOGICO, RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE, VELOCIDAD: 14000 RPM, CANTIDAD DE TUBOS: 24	1,00 UNIDAD	
8	4.3.3	4.3.3- 5594.22	CENTRIFUGAS DE MESA; VEL. MAX. ROTOR FIJO: NO CORRESPONDE, VEL. MAX. ROTOR OSCILANTE: 500 A 3500 RPM, TIEMPO DE OPERACION: 1-30 MIN, TIEMPO MIN. INCREMENTO: 1 MIN	1,00 UNIDAD	
9	4.3.1	4.3.1- 2341.100	BOMBAS DE VACIO; CAUDAL: 60 L/MIN, VACIO MAX.: 759,85 mm hg	1,00 UNIDAD	
10	4.3.3	4.3.3- 6616.8	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 80 L, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
11	4.3.3	4.3.3- 188.13	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: PRECISION, CAPACIDAD: 2100 GR, ESCALAS DE PESO: G, LB, OZ, T, PLATILLO: SIN VALOR, MEMORIA: SIN VALOR, SISTEMA DE IMPRESION: SIN VALOR, PESA DE CALIBRACION: SIN VALOR, REPETI Ver más	1,00 UNIDAD	
12	4.3.1	4.3.1- 92.5	BOMBAS A DIAFRAGMA; POTENCIA MOTOR: 0.5 HP, PRESION INYECCION: 7 KG/CM2, VELOCIDAD MOTOR: 2800 RPM, PRESION: 7 KG/CM2, CAUDAL: 20-250 L/H, CAUDAL (MIN-MAX): 20-250 L/H, VELOCIDAD GIRO: 2800 RPM	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
13	4.3.3	4.3.3- 8204.2	SISTEMA CONTROL PH Y ORP; PRESICION MEDICION ORP: ± 0,2 mV, PRESICION MEDICION PH: ± 0,01, RANGO MEDICION ORP: -2000 A 2000, RANGO MEDICION PH: 0 A 14, CAUDAL BOMBA: NO CORRESPONDE	1,00 UNIDAD	
14	4.3.3	4.3.3- 188.153	BALANZAS DE PRECISION; TIPO: ELECTRONICA DIGITAL, CAPACIDAD: 30 Kg, SENSIBILIDAD: 5 GR	1,00 UNIDAD	
15	4.3.3	4.3.3- 2741.48	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 100 A 1500 RPM, TIPO: MAGNETICO, CAPACIDAD: 2,5 L, POTENCIA: 600 W, TEMPERATURA: 450 °C	1,00 UNIDAD	
16	4.3.9	4.3.9- 2757.52	LAVADORAS; USO: LAVA PIEZAS, CAPACIDAD: 90 Kg, VAPOR SOBRECALENTADO: CON, BOMBA ADICIONAL: SIN, ALIMENTACION: 220 V, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SE Ver más	1,00 UNIDAD	
17	4.3.3	4.3.3- 8185.1	REACTORES P/PROD FARMACEUTICOS; CAPACIDAD: 250 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: ESTERIL, USO: ANTIPARASITARIO P/EQUINO,BOVIN	1,00 UNIDAD	
18	4.3.3	4.3.3- 6867.16	ESTUFAS DE SECADO; RANGO DE TEMPERATURA: 0 A 250 °C, PRECISION TERMOREGULADOR: +/- 0,25 °C, ALIMENTACION: TRIFASICA, CAPACIDAD: 700 L	1,00 UNIDAD	
19	4.3.3	4.3.3- 7701.3	ANALIZADOR NITROGENO/PROTEINAS; TEMPERATURA DE TRABAJO: 420 °C, TIEMPO RESPUESTA: 4-5 MIN, TAMAÑO DE MUESTRA: 1 GR	1,00 UNIDAD	

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

08/09/2020 10:00 Hrs.

Fecha y hora publicación en boletín oficial

08/09/2020 00:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

08/09/2020 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

16/09/2020 12:00 Hrs.

Fecha y hora inicio recepción de documentos en soporte físico

08/09/2020 11:00 Hrs.

Fecha y hora fin recepción de documentos en soporte físico

18/09/2020 11:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

2

Fecha y hora acto de apertura

18/09/2020 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM 	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM 	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación**I. Requisitos económicos y financieros**

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2020-58966652-APN-DACMYSG#ANLIS		07/09/2020	⊕

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **Si requiere** incorporar contragarantía.

Porcentaje

50,00%

La contragarantía deberá ser constituida por el cien por ciento (100%) del monto pagado en concepto de adelanto.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato

A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato

80 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PROCESO 68-0010-LPU20.pdf	Técnico	PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELABORADO POR EL INPB	⬇

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2020-58573192-APN-ANLIS#MS	DI-2020-700-ANLIS#MS	07/09/2020	⬇
Autorización llamado	DI-2020-58573192-APN-ANLIS#MS	DI-2020-700-ANLIS#MS	07/09/2020	⬇