

Proceso de compra

Número de proceso

68-0034-LPU21

Número de expediente

EX-2021-90194940- -APN-DACMYSG#ANLIS

Nombre descriptivo del proceso

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN"

Unidad Operativa de Contrataciones

68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS

Información básica del proceso

Nº de proceso

68-0034-LPU21

Nombre descriptivo de proceso

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN"

Objeto de la contratación

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO - ANLIS "DR. CARLOS G. MALBRAN"

Procedimiento de selección

Licitacion Pública

Etapas

Única

Modalidad

Sin modalidad

Alcance

Nacional

Moneda

Peso Argentino

Encuadre legal

Decreto Delegado N° 1023/2001 Art. 25

Decreto N°1030/2016 Art.10

Tipo de cotización

Se admite cotización parcial por renglón
Podrán cotizar, uno, varios o todos los renglones

Tipo de adjudicación

Se podrá adjudicar un renglón parcialmente
Adjudicación por renglón

Tipo documento que genera el proceso

Orden de compra

Lugar de recepción de documentación física

Av. Velez Sarsfield 563

Plazo mantenimiento de la oferta

60 Días corridos Acto de apertura

Requiere pago

No

Otras condiciones

Requiere asesoría técnica

Área responsable: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Genera Recursos

No

Financiamiento Externo

No

Acepta prórroga

No

Solicitudes de contratación asignadas al proceso

Número solicitud de contratación	Estado	Unidad Ejecutora	Rubro	Tipo de urgencia	Fecha creación
68-205-SCO21	Autorizada en Proceso	68/00 - Departamento de Administracion de Bienes - ANLIS	ARTICULOS DEL HOGAR, EQUIPOS, EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, PROD. MEDICO/FARMACEUTICOS/LAB, EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	Normal	22/09/2021

Detalle de productos o servicios

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
1	4.3.3	4.3.3- 6616.13	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 75 A 85 L, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
2	4.3.3	4.3.3- 6616.12	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 150 L, ALIMENTACION: 220 V	2,00 UNIDAD	
3	4.3.3	4.3.3- 169.83	BAÑOS TERMICOS; RANGO DE TEMPERATURA: 5 A 99 °C, CONTROLADOR DE TEMPERATURA: SI, VOLUMEN: 12 L, TENSION: 220 V	2,00 UNIDAD	
4	4.3.3	4.3.3- 5598.11	BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C, CAPACIDAD: 12 L, TIPO: DIGITAL	2,00 UNIDAD	
5	4.3.3	4.3.3- 8886.4	BURETAS DIGITALES; CAPACIDAD: 50 mL, MATERIAL: VIDRIO, PRECISION: 0,01 mL, TIPO DE CONEXION: SIN	1,00 UNIDAD	
6	4.3.3	4.3.3- 8783.17	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1178 X 597 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: PUERTA	4,00 UNIDAD	
7	4.3.3	4.3.3- 8783.17	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1178 X 597 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: PUERTA	2,00 UNIDAD	
8	4.3.3	4.3.3- 8783.18	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1483 X 597 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: 2 HEPA, ACCESORIO: VENTANA GUILLOTINA	3,00 UNIDAD	
9	4.3.3	4.3.3- 8783.23	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 0.33 M3, GUANTES: SIN, FILTRO: HEPA, ACCESORIO: SIN	1,00 UNIDAD	
10	4.3.3	4.3.3- 67.14	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: ROTATORIO REFRIGERADO	1,00 UNIDAD	
11	4.3.9	4.3.9- 5712.11	CICLADORES TERMICOS;	1,00 UNIDAD	
12	4.3.9	4.3.9- 5712.11	CICLADORES TERMICOS;	3,00 UNIDAD	
13	4.3.3	4.3.3- 5671.3	CONTADORES DE CELULAS; TIPO: DIGITAL, TOPE SONORO: SIN, USO: VIABILIDAD Y CELULAS TOTALES	1,00 UNIDAD	
14	4.3.3	4.3.3- 164.26	ESPECTROFOTOMETROS; TIPO: DIGITAL, RANGO LONG. DE ONDA: 325 A 1000 nM, ANCHO DE BANDA: 6 nM, ELEM. DETECTOR: FOTODIODOS DE SILICIO	1,00 UNIDAD	
15	4.3.3	4.3.3- 8808.19	ESTERILIZADORES; TIPO VAPOR - ALIMENTACION ELECTRICA - TEMPERATURA MAXIMA 134°C - CAPACIDAD 545L	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
16	4.3.3	4.3.3- 4159.46	ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 90 X 64 X 88 Cm, RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 80 °C	3,00 UNIDAD	
17	4.3.3	4.3.3- 178.52	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -20 A 0 °C, COMPRESOR: SI, CAPACIDAD: 360 L	1,00 UNIDAD	
18	4.3.7	4.3.7- 16.86	FREEZERS; CAPACIDAD: 280 L, TEMPERATURA: 6 A -22 °C, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: Ver más	8,00 UNIDAD	
19	4.3.7	4.3.7- 1795.25	EXHIBIDORES; TIPO: HELADERA EXHIBIDORA , MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, MEDIDA: 1250 X 670 X 2050 mm, SUPERFICIE UTIL: NO CORRESPONDE, APOYO: 4 PATAS, ALTURA DE APOYO: REGULABLE	7,00 UNIDAD	
20	4.3.7	4.3.7- 15.174	HELADERAS; CAPACIDAD: 280 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO Ver más	3,00 UNIDAD	
21	4.3.3	4.3.3- 8943.8	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 300 L, RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	4,00 UNIDAD	
22	4.3.3	4.3.3- 8943.16	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 274 L, RANGO DE TEMPERATURA: -30 A -20 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
23	4.3.7	4.3.7- 15.133	HELADERAS; CAPACIDAD: 420 L, FRIO: SIN FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO Ver más	1,00 UNIDAD	
24	4.3.3	4.3.3- 3941.13	INCUBADOR; DIMENSION: 50 X 45 X 51 Cm, USO: MICROBIOLOGIA	1,00 UNIDAD	
25	4.3.3	4.3.3- 7534.9	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 70 °C, ALARMA: SI, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
26	4.3.3	4.3.3- 7534.7	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: -10 A 60 °C, ALARMA: SI, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
27	4.3.3	4.3.3- 6301.6	INCUBADORAS DE CO2; TIPO: CONTROL X MICROPROCESADOR, VOLUMEN: 80 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, USO: BACTERIOLOGIA, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
28	4.3.3	4.3.3- 5215.3	INMUNOANALIZADORES; TIPO: AUTOMATICO, USO: DETERMINACION DE ANTICUERPOS	1,00 UNIDAD	
29	4.3.3	4.3.3- 5714.7	LAVADOR DE PLACAS; TIPO: MANUAL, CLASE DESECHO: 12 CANALES, USO: LABORATORIO	1,00 UNIDAD	
30	4.3.3	4.3.3- 6499.41	MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO REFRIGERADA - RANGO DE TEMPERATURA -20 A 40°C - VELOCIDAD 17000RPM - CANTIDAD DE TUBOS 24	1,00 UNIDAD	
31	4.3.3	4.3.3- 6499.33	MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: REFRIGERADA, RANGO DE TEMPERATURA: -20 A 40 °C, VELOCIDAD: 14000 RPM, CANTIDAD DE TUBOS: 6	1,00 UNIDAD	
32	4.3.3	4.3.3- 244.161	MICROSCOPIOS; TIPO: FLUORESCENCIA, CANT. DE LENTE: 4, AUMENTO MAXIMO: 100X	1,00 UNIDAD	
33	4.3.3	4.3.3- 5966.3	MODULOS ODONTOLOGICOS; MOTOCOMPRESOR: 1 1/2 CV, SALIDA: 230 L/MIN, CANT.TANQUES: 1 UN	1,00 UNIDAD	
34	4.3.3	4.3.3- 6480.17	REFRIGERADORES DE LABORATORIOS; CAPACIDAD 650L - RANGO DE TEMPERATURA 2 A 12°C - PUERTA CON PUERTA	3,00 UNIDAD	
35	4.3.7	4.3.7- 6235.83	SIST. DE AIRES ACONDICIONADOS; TIPO: SPLIT, REFRIGERACION: 4500 frig/h, CALEFACCION: 4500 CAL/H, GABINETE: P/EXTERIOR, CONSUMO: 1,64 KW, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURID Ver más	4,00 UNIDAD	
36	4.3.3	4.3.3- 6278.3	SISTEMAS LIOFILIZADORES; CAPACIDAD: 4 L, PROCESO: DEFROST, SISTEMA DE REFRIGERACION: LIBRE DE CFC DE 1/2 HP, DIMENSION: 950 X 600 X 1500 mm, PESO: 250 Kg, ALIMENTACION: 220 V, DISPLAY: DIGITAL LED, MA Ver más	1,00 UNIDAD	
37	4.3.3	4.3.3- 7589.9	TANQUES DE CRIOCONSERVACION; ENFRIAMIENTO: NITROGENO LIQUIDO, MATERIAL: ALUMINIO, ALTURA: 482 MM, DIAMETRO: 300 MM	1,00 UNIDAD	
38	4.3.3	4.3.3- 3675.109	TERMOMETROS; ESCALA: CELSIUS, RANGO DE TEMPERATURA: -50 A +250 °C, TIPO: DIGITAL	5,00 UNIDAD	
39	4.3.3	4.3.3- 6484.7	VORTEX; USO: P/TUBOS, RECIPIENTES Y PLACAS, VELOCIDAD: 0 A 3000 RPM, ALIMENTACION: 100 A 240 V	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
40	4.3.3	4.3.3- 8783.26	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1788 X 654 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: PUERTA TIPO GUILLOTINA	1,00 UNIDAD	
41	4.3.3	4.3.3- 2741.23	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: VARIABLE, TIPO: ORBITAL, CAPACIDAD: SIN VALOR, POTENCIA: SIN VALOR, TEMPERATURA: SIN VALOR	1,00 UNIDAD	
42	4.3.3	4.3.3- 164.52	ESPECTROFOTOMETROS; TIPO: UV VISIBLE, RANGO LONG. DE ONDA: 200 A 1000 nm, ANCHO DE BANDA: 4 nm, ELEM. DETECTOR: FOTODIODOS DE SILICIO	1,00 UNIDAD	
43	4.3.3	4.3.3- 67.14	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: ROTATORIO REFRIGERADO	1,00 UNIDAD	
44	4.3.3	4.3.3- 7325.3	EQ. DOCUMENT. DIGITAL DE GELES; CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION, ADAPTADOR: 220 V, ACCESORIO: SOFTWARE, FILTRO: UV, QUIMIOLUMINISCENCIA, TIPO CAMARA: DE VIDEO CCD ALTA RESOLUCION	1,00 UNIDAD	
45	4.3.3	4.3.3- 7534.9	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: 0 A 70 °C, ALARMA: SI, ALIMENTACION: 220 V	2,00 UNIDAD	
46	4.3.3	4.3.3- 6616.12	AUTOCLAVES ELECTRICOS; TIPO: AUTOMATICO, INDIC. TEMP: DIGITAL, CAPACIDAD: 150 L, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
47	4.3.3	4.3.3- 244.43	MICROSCOPIOS; TIPO: TRINOCULAR, N° LENTES: 5, MAX. ALT PIEZA: SIN VALOR, XY RESOLUCION: SIN VALOR mm, TOMA CORRIENTE: 110/220 V, CANT. DE LENTES: 5, AUMENTO: 40 X- 1000 X, AUMENTO TOTAL: 40 X- 1000 X, Ver más	2,00 UNIDAD	
48	4.3.3	4.3.3- 5118.7	LECTOR DE MICROPLACAS; RANGO DE LECTURA: 200 A 900 nm, RANGO DE MEDICION: 0 A 4000 UNIDAD DE ABSORBANCIA, EXACTITUD: +/- 1 %, PRECISION: +/- 3 %	1,00 UNIDAD	
49	4.3.3	4.3.3- 6439.12	CAMARAS FRIAS MODULARES; REFRIGERACION: 18 A 22 °C, VOLUMEN: 0,125 M3, MATERIAL: ACERO	1,00 UNIDAD	
50	4.3.3	4.3.3- 8943.4	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 800 L, RANGO DE TEMPERATURA: 2 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
51	4.3.7	4.3.7- 15.136	HELADERAS; CAPACIDAD: 420 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 V, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRADO Ver más	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
52	4.3.9	4.3.9- 2757.52	LAVADORAS; USO: LAVA PIEZAS, CAPACIDAD: 90 Kg, VAPOR SOBRECALENTADO: CON, BOMBA ADICIONAL: SIN, ALIMENTACION: 220 V, TENSION NOMINAL: 220 V, CORRIENTE NOMINAL: 10 A, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SE Ver más	1,00 UNIDAD	
53	4.3.3	4.3.3- 4307.31	PLANCHAS CALEFACTORAS; POTENCIA: 1000 W, TENSION: 220 V, RANGO DE TEMPERATURA: 50 A 300 °C, PLACA CALENTAMIENTO: ACERO INOXIDABLE, SUPERFICIE: 200 X 200 mm	1,00 UNIDAD	
54	4.3.3	4.3.3- 8783.16	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: BIOLOGICA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1100 X 600 X 600 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: 2 HEPA, ACCESORIO: SIN	1,00 UNIDAD	
55	4.3.3	4.3.3- 3643.31	CUBAS P/ELECTROFORESIS; TAMAÑO: 10,10 X 8,20 Cm, ESPESOR: 1 mm, CAPACIDAD DE BUFFER: 1000 mL, TIPO DE PEINE: 10 DIENTES, MATERIAL ELECTRODOS: PLATINO	1,00 UNIDAD	
56	4.3.3	4.3.3- 8943.16	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 274 L, RANGO DE TEMPERATURA: -30 A -20 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
57	4.3.3	4.3.3- 8943.15	HELADERA/FREEZER P/LABORATORIO; CAPACIDAD: 300 L, RANGO DE TEMPERATURA: 2 A 8 °C, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
58	4.3.3	4.3.3- 6112.2	TITULADORES AUTOMATICOS; TIPO: DIGITAL, USO: ANALISIS, POTENCIA: SIN	1,00 UNIDAD	
59	4.3.3	4.3.3- 8783.16	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: BIOLOGICA, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1100 X 600 X 600 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: 2 HEPA, ACCESORIO: SIN	1,00 UNIDAD	
60	4.3.3	4.3.3- 3675.43	TERMOMETROS; TIPO: MAXIMA Y MINIMA, RANGO DE TEMPERATURA: -40 A 50 °C, ESCALA: CELSIUS	10,00 UNIDAD	
61	4.3.3	4.3.3- 174.18	CONTENEDORES NITROGENO LIQUIDO; CAPACIDAD: 50 L, EVAPORACION ESTATICA: 0,41 L/D	1,00 UNIDAD	
62	4.3.3	4.3.3- 7534.7	INCUBADORAS; USO: LABORATORIO, TERMOMETRO: DIGITAL, RANGO DE MEDICION: -10 A 60 °C, ALARMA: SI, ALIMENTACION: 220 V	1,00 UNIDAD	
63	4.3.3	4.3.3- 5598.7	BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C, CAPACIDAD: 28 L, TIPO: CON DISPLAY DIGITAL	1,00 UNIDAD	
64	4.3.1	4.3.1- 2341.35	BOMBAS DE VACIO; CAUDAL: 170 L/MIN, VACIO MAX.: 15 mm hg	2,00 UNIDAD	
65	4.3.1	4.3.1- 2341.119	BOMBAS DE VACIO; CAUDAL 130L/SEG - VACIO MAX. 1Mn	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
66	4.3.3	4.3.3- 8783.26	CABINAS DE BIOSEGURIDAD; TIPO: CLASE II, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, VOLUMEN: 1788 X 654 X 724 mm, GUANTES: SIN, FILTRO: CON, ACCESORIO: PUERTA TIPO GUILLOTINA	2,00 UNIDAD	
67	4.3.9	4.3.9- 6385.9	CAMPANAS EXTRACTORAS DE GAS; TIPO: VAPORES ACIDOS, CAUDAL DE EXTRACCION: 30 M3/MIN, MOTOR: MONOFASICO 1500 RPM	2,00 UNIDAD	
68	4.3.3	4.3.3- 67.14	CENTRIFUGAS P/LABORATORIO; TIPO CABEZAL: ROTATORIO REFRIGERADO	1,00 UNIDAD	
69	4.3.8	4.3.8- 5039.150	COMPRESORES ; TIPO: A TORNILLO, MOTOR: TRIFASICO, CAUDAL: 1,17 M3/MIN	2,00 UNIDAD	
70	4.3.3	4.3.3- 174.22	CONTENEDORES NITROGENO LIQUIDO; CAPACIDAD: 35 L, EVAPORACION ESTATICA: 0,27 L/D	2,00 UNIDAD	
71	4.3.9	4.3.9- 7827.25	CONTROLADOR LOGICO PROG. (PLC); ENTRADAS DIGITALES 18 - SALIDAS DIGITALES 18 - ENTRADAS ANALOGICAS 6 - SALIDAS ANALOGICAS 6 - MEMORIA 9MB	3,00 UNIDAD	
72	4.3.3	4.3.3- 9291.1	DISPENS. Y CODIFICADOR AMPOLLA; VELOC. TRABAJO: 200 U/MIN, VELOCIDAD DE IMPRESION: 25 CPS	1,00 UNIDAD	
73	4.3.7	4.3.7- 15.175	HELADERAS; CAPACIDAD: 375 L, FRIO: CON FREEZER, CONSUMO: MENOR A 5 KVA, TENSION NOMINAL: 220 VAC, CRITERIO DE SEGURIDAD: SELLO DE SEGURIDAD, CORRIENTE NOMINAL: MENOR A 63 A, EFICIENCIA ENERGETICA: GRA Ver más	6,00 UNIDAD	
74	4.3.9	4.3.9- 4190.26	LAVADOR ULTRASONICO; CAPACIDAD: 90 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: LABORATORIO	1,00 UNIDAD	
75	4.3.9	4.3.9- 6418.4	LUXOMETROS; TIPO: DIGITAL PORTATIL, ESCALA: 0-200/2000/20000/200000	1,00 UNIDAD	
76	4.3.8	4.3.8- 7562.1	MAQUINAS TERMO SELLADORAS; DESCRIPCION: MAQUINA TERMO SELLADORA	1,00 UNIDAD	
77	4.3.8	4.3.8- 7562.1	MAQUINAS TERMO SELLADORAS; DESCRIPCION: MAQUINA TERMO SELLADORA	1,00 UNIDAD	
78	4.3.6	4.3.6- 7680.5	IMPRESORAS DE ROTULOS; TIPO: ELECTRONICA P/PC, INTERFAZ: USB / PARALELO	1,00 UNIDAD	
79	4.3.1	4.3.1- 1826.8	EQUIPO PROTECCION RESPIRATORIA; AUTONOMIA: 11 H, PRESION: POSITIVA, MASCARA FACIAL: CON, VISOR: CON, ARNESES Y CILINDROS: CON ARNES / SIN CILINDRO	2,00 UNIDAD	
80	4.3.3	4.3.3- 178.52	FREEZER ULTRAFRIO; TEMPERATURA: -20 A 0 °C, COMPRESOR: SI, CAPACIDAD: 360 L	6,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
81	4.3.3	4.3.3- 6499.7	MICROCENTRIFUGAS DE MESA; TIPO: REFRIGERADA, MATERIAL: MATERIAL PLASTICO REFORZADO, RANGO TEMP.: 0 A 40 °C, VELOCIDAD: 13200 RPM, MOTOR: INDUCTIVO LIBRE/MANTENIM., TUBOS: 24 DE 1.5-2 mL, DIMENSION: 23 Ver más	11,00 UNIDAD	
82	4.3.3	4.3.3- 10064.1	EQUIPO GENERADOR DE AEROSOL; TIPO: P/ CERTIFICAR FILTROS HEPA, POTENCIA: 1050 W, CAPACIDAD: 1,1 L	1,00 UNIDAD	
83	4.3.3	4.3.3- 3927.12	TERMOANEMOMETROS; TIPO: DIGITAL, RESOLUCION: 0,01 M/SEG, RANGO DE MEDICION: 0 A 30 M/SEG	1,00 UNIDAD	
84	4.3.3	4.3.3- 3927.12	TERMOANEMOMETROS; TIPO: DIGITAL, RESOLUCION: 0,01 M/SEG, RANGO DE MEDICION: 0 A 30 M/SEG	1,00 UNIDAD	
85	4.3.3	4.3.3- 9870.2	GENERADORES DE OZONO; ALIMENTACION: 220 V, GAS BASE: OXIGENO, PRODUCCION: VARIABLE DE 2 A 10 GR/H, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE	1,00 UNIDAD	
86	4.3.9	4.3.9- 9436.2	ANALIZADORES DE GASES; TEMPERATURA DE TRABAJO: AMBIENTE, SENSOR: CO, SO2, O3, NO2, HC, PRECISION: 2 %	1,00 UNIDAD	
87	4.3.9	4.3.9- 2743.22	SIST. ADQUISICIONES DE DATOS; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: VARIABLE, TIPO: MAGNITUDES FISICAS	1,00 UNIDAD	
88	4.3.9	4.3.9- 8779.25	CAMARAS INFRARROJAS; SENSIBILIDAD TERMICA: -40 A 330 °C, PANTALLA: CON, OBJETIVO: 32 °	1,00 UNIDAD	
89	4.3.3	4.3.3- 3958.147	INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: ANALIZADOR DE PARTICULAS, RANGO DE MEDICION: 0,3 NM A 10 UM, PRECISION: +/- 2 %, NOMBRE: MEDIDOR DE AMAÑO DE PARTICULAS	1,00 UNIDAD	
90	4.3.3	4.3.3- 3958.326	INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: CONTROL DE SEGURIDAD BIOLOGICA, RANGO DE MEDICION: 1 A 40 µW, PRECISION: 4 %, NOMBRE: MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA	1,00 UNIDAD	
91	4.3.3	4.3.3- 2741.18	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: 0 A 2000 RPM, TIPO: ORBITAL, CAPACIDAD: SIN VALOR, POTENCIA: SIN VALOR, TEMPERATURA: SIN VALOR	1,00 UNIDAD	
92	4.3.3	4.3.3- 2741.87	AGITADORES P/LABORATORIO; VELOCIDAD: VARIABLE, TIPO: VORTEX, CAPACIDAD: 8 TUBOS, POTENCIA: 2000 RPM, TEMPERATURA: AMBIENTE	2,00 UNIDAD	
93	4.3.3	4.3.3- 8859.2	EQUIPOS FLUOROANALIZADORES; USO: CUANTIF. AC. NUCLEICOS Y PROT., ACCESORIO: SIN	2,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto del gasto	Código del ítem	Descripción	Cantidad	Acciones
94	4.3.9	4.3.9- 5405.20	EQUIPOS ENFRIADORES DE LIQUIDO; POTENCIA: 70 TR, TEMP. CONDENSADOR: 30 A 45 °C, TEMP. EVAPORADOR: 6 A 12 °C, CAUDAL LIQUIDO : 42 m3/h, POTENCIA ELECTRICA: 65 KW, ALIMENTACION: 380 V	1,00 UNIDAD	
95	4.3.8	4.3.8- 5039.39	COMPRESORES ; TIPO: AIRE, MOTOR: ELECTRICO, RENDIMIENTO: 100 L/MIN, CAUDAL: 100 L/MIN	1,00 UNIDAD	
96	4.3.8	4.3.8- 5039.95	COMPRESORES ; TIPO: AIRE, MOTOR: MONOFASICO 2 HP, RENDIMIENTO: 206 L/MIN, CAUDAL: 206 L/MIN	2,00 UNIDAD	
97	4.3.3	4.3.3- 4159.46	ESTUFAS DE CULTIVO; DIMENSION: 90 X 64 X 88 Cm, RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE A 80 °C	4,00 UNIDAD	
98	4.3.3	4.3.3- 2755.1	DESTILADOR-DEIONIZ. DE AGUA; USO: LABORATORIO, MEDIDOR CONDUCTIVIDAD: DIGITAL, FILTRO: SIN VALOR Mn, CAPACIDAD: 2 L/MIN, CALIDAD AGUA: GRADO 1	1,00 UNIDAD	
99	4.3.3	4.3.3- 2748.12	HOMOGENIZADORES; POTENCIA: 1000 W, VELOCIDAD: 500 - 5000 RPM, TENSION: 220/240 V, CAPACIDAD: 24 VIALES X 2 mL	2,00 UNIDAD	
100	4.4.0	4.4.0- 9560.3	TRAJES P/PROTECCION PERSONAL; TIPO: ALTA RESISTENCIA, MATERIAL: SINTETICO TERMORRESISTENTE	1,00 UNIDAD	
101	4.3.8	4.3.8- 5039.87	COMPRESORES ; TIPO: DE AIRE, MOTOR: TRIFASICO, RENDIMIENTO: 620 L/MIN, CAUDAL: 620 L/MIN	2,00 UNIDAD	
102	4.3.3	4.3.3- 9291.1	DISPENS. Y CODIFICADOR AMPOLLA; VELOC. TRABAJO: 200 U/MIN, VELOCIDAD DE IMPRESION: 25 CPS	1,00 UNIDAD	
103	4.3.9	4.3.9- 4190.26	LAVADOR ULTRASONICO; CAPACIDAD: 90 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: LABORATORIO	1,00 UNIDAD	
104	4.3.3	4.3.3- 5598.12	BAÑOS TERMOSTATIZADOS; TEMPERATURA MAXIMA: 100 °C, CAPACIDAD: 20 L, TIPO: DIGITAL	1,00 UNIDAD	
105	4.3.3	4.3.3- 3933.27	MEDIDORES DE PH; RANGO DE MEDICION: -2 A 16, TEMPERATURA DE TRABAJO: -20 A 120 °C, PRECISION: 0,001, TIPO: DE MESA, CALIBRACION: MANUAL Y AUTOMATICA	1,00 UNIDAD	
106	4.3.3	4.3.3- 9450.3	DENSIMETRO DIGITAL; RANGO DE MEDICION: 0 A 3 GR/CM2, PRECISION: 0,000005 GR/CM2	1,00 UNIDAD	
107	4.3.3	4.3.3- 3958.147	INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: ANALIZADOR DE PARTICULAS, RANGO DE MEDICION: 0,3 NM A 10 UM, PRECISION: +/- 2 %, NOMBRE: MEDIDOR DE AMAÑO DE PARTICULAS	1,00 UNIDAD	
108	4.3.9	4.3.9- 4190.12	LAVADOR ULTRASONICO; CAPACIDAD: 2,75 L, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE, TIPO: LABORATORIO	1,00 UNIDAD	

Número renglón	Objeto		Descripción	Cantidad	Acciones
	Número del gasto	Código del ítem			
109	4.3.3	4.3.3- 3958.147	INSTRUMENTOS DE MEDICION; USO: ANALIZADOR DE PARTICULAS, RANGO DE MEDICION: 0,3 NM A 10 UM, PRECISION: +/- 2 %, NOMBRE: MEDIDOR DE AMAÑO DE PARTICULAS	1,00 UNIDAD	Q

Cronograma

Fecha y hora estimada de publicación en el portal

29/09/2021 10:00 Hrs.

Fecha y hora publicación en boletín oficial

29/09/2021 00:00 Hrs.

Fecha y hora inicio de consultas

29/09/2021 11:00 Hrs.

Fecha y hora final de consultas

13/10/2021 12:00 Hrs.

Cantidad de días a publicar

2

Fecha y hora acto de apertura

15/10/2021 12:00 Hrs.

Pliego de bases y condiciones generales

Pliego de Bases y Condiciones Generales	Disposición aprobatoria	Fecha creación
IF-2019-98574914-APN-DNCBYS#JGM ⓘ	DI-2016-01714551-APN-ONC#MM ⓘ	05/11/2019

Requisitos mínimos de participación

I. Requisitos económicos y financieros

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

II. Requisitos técnicos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

III. Requisitos administrativos

Nº de requisito	Descripción	Tipo de documento
1	SEGÚN PLIEGO	Requiere adjuntar documentación electrónica

Cláusulas particulares

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Clausulas Particulares	PLIEG-2021-91754300-APN-DACMYSG#ANLIS		28/09/2021	

Garantías

Garantía de impugnación a la preadjudicación

La garantía de impugnación a la pre adjudicación deber ser del 3,00% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato

Garantía de mantenimiento de oferta

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser del 5,00% sobre el monto total de la oferta
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de mantenimiento de oferta para las ofertas menores a 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Garantía de cumplimiento de contrato

La garantía de cumplimiento de contrato debe ser del 10,00% del monto del contrato
Este proceso de compra **No requiere** incorporar garantía de cumplimiento de contrato cuando el monto total del documento contractual no supere los 1000 módulos y para aquellas excepciones enumeradas en la normativa vigente.

Este proceso de compra **No requiere** incorporar contragarantía.

Información del contrato

Fecha estimada del inicio del contrato
A partir del perfeccionamiento del documento contractual

Duración del contrato
30 Días hábiles

Penalidades

Nº penalidad	Descripción
1	SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

Anexos ingresados

Nombre del Anexo	Tipo	Descripción	Acciones
ANEXO II - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PROCESO 68-0034-LPU21.pdf	Especificaciones_Tecnicas	ANEXO II	

Actos administrativos

Documento	Número GDE	Número especial	Fecha vinculación	Opciones
Autorización pliego	DI-2021-91375087-APN-ANLIS#MS	DI-2021-1002-ANLIS#MS	28/09/2021	
Autorización llamado	DI-2021-91375087-APN-ANLIS#MS	DI-2021-1002-ANLIS#MS	28/09/2021	