

## **ANEXO II**

### **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Consultoría en funcionamiento y parámetros críticos a ensayar de los siguientes equipos:

- BIODESCONTAMINADOR POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO BIORESET SMART/BRSMART0174
- FOTÓMETRO RIGEL RI7001

Los mismos, se utilizan para realizar ensayos en los siguientes equipos pertenecientes al INEVH:

- Gabinete de seguridad biológica
- Campanas de flujo laminar
- Sistema HVAC
- Locales y gabinetes de seguridad biológica

#### **FOTOMETRO:**

Se deberán realizar ejemplos de ensayos de integridad en los equipos del INEVH.

#### **BIODESCONTAMINADOR:**

Se deberán abordar temas teóricos prácticos basados en las necesidades de la planta

- CALCULO DE RECETAS PARA GABINETES Y LOCALES
- FRECUENCIA RECOMENDADA
- TIEMPOS DE DURACION DE LA ESTERILIZACIÓN.

#### **Materiales**

Se utilizará el equipamiento disponible en el INEVH descrito previamente y otros.

#### **Duración**

Cantidad de horas de la consultoría: 16 horas a coordinar las fechas con el personal del INEVH

#### **Destinatarios**

Personal profesional y técnico que realiza los ensayos de aseguramiento de calidad.

#### **Requisitos excluyentes**

Se requiere que el consultor acredite experiencia en la utilización de los equipos de la marca definidos previamente, lo cual será criterio a evaluar en la ejecución del informe técnico.