

ANEXO II

RENGLON 1:

Calibración de conjunto termocupla/termómetro digital. Puntos de calibración: 120°C, 125°C, 130°C y 135°C. Laboratorio acreditado por el OAA. Certificado de trazabilidad de patrones. El plazo de entrega del informe correspondiente es de 10 días hábiles a partir de la fecha de realización del servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 2:

Calibración termohigrómetro en cuatro puntos de control a combinar. Laboratorio acreditado por OAA. Certificado de trazabilidad de patrones. Entrega de informe en un plazo de 10 días de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 3:

Calibración termómetro digital a -25°C, 5°C, 22°C, 37°C y 60°. Laboratorio acreditado por OAA. Certificado de trazabilidad de patrones. Entrega de informe en un plazo de 10 días de realizado el servicio. DG-5/DG-8/DG-10/DG-18/ DG-19/DG-20/DG-21/DG-23/DG-24/DG-25/DG-28/DG-30/DG-31/DG-32/DG-35/DG-36/DG-37/DG-39/DG-29/DG-33. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 4:

Caracterización de medio isoterma (perfil térmico) de ultrafreezer a -75 ± 5 °C, cámara llena, con informe de valores de Estabilidad y uniformidad. Certificado de calibración de instrumentos utilizados y de trazabilidad de patrones. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio se realizara en las instalaciones del Centro.

RENGLON 5:

Revisión, limpieza, verificación de funcionamiento de espectrofotómetro Marca Shimadzu, modelo UV-1800. El servicio debe incluir: Control de linealidad de la línea de base, exactitud y repetibilidad de longitud de onda, verificación de funcionamiento de teclas. Certificados de calibración de equipos y trazabilidad de los patrones utilizados en el servicio. Entrega de informe en un plazo de 10 días de realizado el servicio. El servicio se realizará en las instalaciones del Centro

REGLON 6:

Calibración pipeta monocanal Volumen 5 a 50 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 7:

Calibración pipeta monocanal Volumen 2 a 20 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 8:

Calibración pipeta monocanal Volumen 20 a 200 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 9:

Calibración pipeta monocanal Volumen 0,5 a 10 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 10:

Calibración pipeta monocanal Marca Labsystems Volumen 5 a 40 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. (Marca Labsystems Mn-25.VB) .El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 11:

Calibración pipeta monocanal Volumen 100 a 1000 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 12:

Calibración pipeta multicanal de 8 canales. Volumen 50 a 300 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 13:

Calibración pipeta multicanal de 8 canales. Volumen 20 a 300 µl. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 14:

Calibración pipeta .Volumen 1 a 10 ml. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 15:

Calibración de Bureta Digital de 50 ml de capacidad. Calibrado por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. (Marca Eppendorf DV-01. IG y DV-04.IG) El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

RENGLON 16:

Calibración de dispensador automático de 1 ml de capacidad. Calibrado

por laboratorio que tenga trazabilidad a patrones nacionales e internacionales. Entrega de informe en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio. (Marca Eppendorf DV-02. IG) .El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.