ANEXO II: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REGLON 1: Calibración de pipetas monocanal con volumen nominal entre 0,1 y 40 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 2: Calibración de pipetas monocanal con volumen nominal entre 0,1 y 40 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados. Laboratorio acreditado por el OAA (prioritario) o en su defecto miembro de INTI-SAC.

REGLON 3: Calibración de pipetas monocanal con volumen nominal máximo entre 10 y 1000 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados. Laboratorio acreditado por el OAA.

REGLON 4: Calibración de pipetas monocanal con volumen nominal máximo entre 0,5 y 300 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 5: Calibración de pipetas multicanal con volumen nominal máximo entre 0,5 y 300 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 6 : Calibración de pipetas multicanal (8canales) con volumen nominal máximo entre 20 y 300 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 7: Calibración de pipetas multicanal (8canales) con volumen nominal máximo entre 20 y 300 ul. El servicio incluirá el ajuste de volumen cuando sea técnicamente posible, debiendo estar informado dicho ajuste por escrito. El servicio será realizado en las instalaciones del proveedor y deberá incluir el retiro y la posterior entrega del equipamiento al usuario para su conformidad, coordinando previamente día y hora de dichos traslados.

REGLON 8: Caracterización espacial y temporal en medio isoterma a 35°C (incubador), con y sin carga. Trazabilidad a patrones nacionales. Realizado en las instalaciones del Departamento Micología. Laboratorio acreditado por OAA para caracterizaciones sin carga. Capacidad de medición menor a 0,7 °C.

RENGLON 9: Caracterización espacial y temporal en medio isoterma a 4°C (heladera) con carga. Trazabilidad a patrones nacionales. Realizado en las instalaciones del Departamento Micología. Laboratorio acreditado por OAA para caracterizaciones sin carga. Capacidad de medición menor a 1 °C.

RENGLON 10: Servicio de calibración de adquisidor de datos térmicos inoxidable (marca HOBO, modelo U12-015) en -20, 4, 35 y 120 °C. Capacidad de medición menor a 0,6 °C.

RENGLON 11: Servicio de calibración de balanza de precisión Precisa Capacidad de medida 20-3000 gr (Resolución 0,2 g). Laboratorio acreditado por OAA.

RENGLON 12: Servicio de calibración de balanza semimicro Vibra Shinko Denshi Capacidad de medida 0,01 mg hasta 120 g (Resolución 0,01 mg). Laboratorio acreditado por OAA.

RENGLON 13: Servicio de calibración de un (1) lazo de temperatura (sonda correspondiente a un incubador junto con adquisidor de datos de sistema SCADA) a 20, 27 y 35 °C - capacidad de medición y calibración menor a 0,6°C. Realizado en las instalaciones del Departamento Micología. Laboratorio acreditado por OAA.

RENGLON 14: Servicio de calibración de un (1) lazo de temperatura (sonda correspondiente a un incubador junto con adquisidor de datos de sistema SCADA) a 25, 35 y 50 °C - capacidad de medición y calibración menor a 0,6°C. Realizado en las instalaciones del Departamento Micología. Laboratorio acreditado por OAA.

RENGLON 15: Servicio de calibración de un (1) lazo de temperatura (sonda correspondiente a un incubador junto con adquisidor de datos de sistema SCADA) a 25, 55 y 65 °C - capacidad de medición y calibración menor a 0,6°C. Realizado en las instalaciones del Departamento Micología. Laboratorio acreditado por OAA.