

ANEXO II ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: “CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO I.N.P.”

REGLON: 4

CODIGO: 3.3.3-4495.1

DESCRIPCION: SERV. CERTIFICACION DE EQUIPO; SERV. CERTIFICACION DE EQUIPOS

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

Servicio de contratación anual de cobertura de mantenimiento de citómetro de flujo Becton Dickinson que incluye una visita anual con eventual visita de mantenimiento correctivo del equipo, Citómetro de Flujo Facs Calibur de 3 Colores, Sistema Operativo Mac OS 8.6 Entrega en el 4º Piso. Mantenimiento preventivo y correctivo en caso de ser necesario del citómetro del 4to piso. Incluye calibración de los sistemas de excitación y emisión de la fibra óptica, de los bloques detectores, filtros, configuración de la calibración automática del equipo, seguimiento del rendimiento del equipo, control del sistema de aspiración, limpieza y decontaminación. Alineamiento del láser. Equipo operativo