

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Servicio de calibración de equipos luxómetro y decibelímetro

1. La presente contratación tiene como finalidad realizar la calibración de los equipos **Luxómetro** (Marca TES, modelo 1335, Serie150304907, y **Decibelímetro** (Marca TES, Modelo 1353, Serie 1104237) utilizados para efectuar el monitoreo del ambiente laboral de los establecimientos pertenecientes a la ANLIS "Dr. Carlos G. Malbran" a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente, Leyes N° 19.587/72, Resoluciones SRT 84/2012 Y 85/2012.
2. Las tareas a desarrollar en función de las características de cada equipo serán las siguientes:
 - a) Chequeo general del equipo
 - b) Limpieza
 - c) Calibración según Norma ISO/IEC 17025 (en su versión vigente)
3. El certificado de calibración, deberá ser entregado al Servicio de Higiene y Seguridad acompañado por el certificado emitido por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) del equipo utilizado como patrón.
4. Descripción de los equipos

Equipo	DECIBELIMETRO	LUXOMETRO
Marca	TES	TES
Modelo	1353	1335
Serie	1104237	150304907