

ANEXO II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Renglón1:

Mantenimiento de HPLC. Marca Dionex, Modelo: Ultimate 3000. Servicio de Mantenimiento Preventivo Anual de Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución (HPLC) marca Thermo Scientific/Dionex Ultimate 3000.

El servicio debe incluir:

- Dos visitas en el período de un año: la primera a los 15 días de emitida la orden de compra y la segunda a los 6 (seis) meses de emitida la orden de compra.
- Mano de obra por revisión y mantenimiento del equipo
- Limpieza y lubricación de las partes del equipo, inspección de conexiones y tubuladuras.
- Inspección de sensor de presión.
- Cambio de columna, precolumna, supresor y detector su fuera necesario.
- Verificación de fugas. Cambio de filtros fase móvil
- Verificación de Software, bomba, válvula de inyección y conmutación, compartimiento térmico, limpieza de celdas de detectores.
- Verificación de correcto funcionamiento por corrida de patrones
- Entrega de informe en un plazo de 10 días de realizado el servicio.

Renglón 2:

- Servicio de Calificación de Operación/Performance (OQ/PQ) de HPLC.
- Se solicita que la primera visita se realice a los 15 días de emitida la orden de compra.
- Entrega de certificado de calificación.