

ANEXO II

Pliego de Especificaciones Técnicas

OBJETO DE LA CONTRATACION: "TRASLADO, REPARACIÓN, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CITOMETRO DE FLUJO FACSCALIBUR

Detalle del renglón solicitado

REGLÓN Nº 1

Código: 3.3.3-2418.64

Rubro: MANT. REPARACION Y LIMPIEZA

Clase: MANT. Y REPAR EQ LABORATORIO

Descripción Ítem: MANT. Y REPAR EQ LABORATORIO; DESCRIPCION: MANT. Y REPAR EQ LABORATORIO, CRITERIO SOCIAL: SIN

Características técnicas del trabajo solicitado sobre el equipo FACSCALIBUR 4 COLOR W/STORING IVD

- Traslado desde el Instituto Leloir (Buenos Aires) al INE "Dr. Juan H Jara" (Mar del Plata).
- Reemplazo del power switch.
- Instalación y mantenimiento preventivo.
- La contratación Incluye el Repuesto: Power Switch, reemplazo de kit, mano de obra y viáticos.
- Garantía mínima de 3 meses por repuestos y 30 días por mano de obra.
- Entrega de informe, en soporte digital, en un plazo de 10 días hábiles de realizado el servicio.

Cantidad y lugar de entrega:

UNO (1) en sede INE "Dr Juan H Jara" calle Ituzaingó 3520 Mar del Plata Prov. Bs As (7600).

Plazo de entrega:

Sesenta (60) DÍAS CORRIDOS de recepcionada la correspondiente orden de compra.