

ANEXO II**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Adquisición de Elementos de Protección Personal para los laboratorios del CeNDIE- Av. Paseo Colon 568 1er piso-CAB

Renglon	Insumo	Código de catálogo	Descripción Catalogo	Cantidad	Forma de presentación
1	Guantes de nitrilo	2.2.2-1629.292	GUANTES; PROTECCION: P/QUIMICOS, MATERIAL: NITRILO, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: SMALL, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: NITRILO	6	caja de 100 unidades
2	Guantes de nitrilo	2.2.2-1629.291	GUANTES; PROTECCION: P/QUIMICOS, MATERIAL: NITRILO, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: MEDIUM, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: NITRILO	10	caja de 100 unidades
3	Guantes de nitrilo	2.2.2-1629.290	GUANTES; PROTECCION: P/QUIMICOS, MATERIAL: NITRILO, TIPO: 5 DEDOS, LARGO: LARGE, CIERRE: SIN, MATERIAL INTERNO: NITRILO	6	caja de 100 unidades
4	Lavaojos modelo 9150 FRAVIDA	2.9.5-6327.6	LAVAOJOS DE EMERGENCIA; MATERIAL: BRONCE CROMADO	2	unidad

Especificaciones técnicas

Guantes de nitrilo - Tamaño: SMALL - Caja x 100 unidades sin polvo - Con certificación.

Guantes de nitrilo - Tamaño: MEDIUM - Caja x 100 unidades sin polvo - Con certificación.

Guantes de nitrilo - Tamaño: LARGE - Caja x 100 unidades sin polvo - Con certificación.

Lavaojos de emergencia sobre mesada. Estructura de bronce cromado y ABS.
.Norma de aplicación: ANSI Z358.1. Características: Al girar a 90° el barral de 26,5 cm de largo, acciona la apertura o clausura del paso de agua -Los rociadores plásticos (Ø 50 mm), están ubicados direccionalmente a los ojos y cara - Las dos tapas de los rociadores, sujetas al barral, se desprenden automáticamente por la acción del flujo de salida del agua - La conexión a la red de agua es de ½", con filtro para partículas incorporado, recambiable - Válvula esférica de ¼ de vuelta que actúa como llave de paso y eventual regulador de caudal - Permite ser instalado a la derecha o a la izquierda de la pileta. Preferentemente con servicio posventa. Marca FRAVIDA modelo 9150 ó similar. INCLUIR FICHA TECNICA.