

EVALUACIÓN EXTERNA EN EL DIAGNÓSTICO ENTEROPARASITOLÓGICO

Resultados del Panel No. EP-007

Paneles entregados: 23

Planillas de respuesta recibidas: 19

Respuestas previstas

Muestra	Técnica	Resultado	Género y especie	Estadío
013	Coloración de Gram Cromotropo	Positivo	Microsporidios	esporos
014	Coloración de Gram Cromotropo	Negativo		

Respuestas obtenidas

Muestra 013:

Resultado negativo: 0

Resultado positivo: 13

Esporos de Microsporidios: 13

Muestra 014:

Resultado negativo: 12

Resultado positivo: 7

Esporos de Microsporidios: 7